

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla centralnej sterylizatorni  
Nr sprawy: **ZP-16-030BN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:

**Pyt. 1 Pakiet nr 1** pozycja a

Czy zamawiający dopuści do oceny rękaw w rozmiarze 50mm x 200mm, co bardzo nie znacznie odbiega od wymaganego?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza i koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie rozmiaru rękawa foliowo-papierowego dla Pakiet nr 1 poz. a w następujący sposób:**

a	50 mm lub 55 mm
---	-----------------

**Pyt. 2 Pakiet nr 1** pozycje a-i

Czy zamawiający dopuści do oceny folię na rękawie 6 warstwową?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 3 Pakiet nr 1** pozycje a-i

Czy zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na rękawach były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji i po procesie sterylizacji, eliminuje to omyłkę interpretacyjną ?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 4 Pakiet nr 1** pozycje a-i

Czy zamawiający wymaga, aby na rękawie był umieszczony piktogram informujący o fakcie, że opakowanie jest jednorazowego użytku?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 5 Pakiet nr 1** pozycje a-i

Czy zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz rolki co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 6 Pakiet nr 2** pozycja b

Czy zamawiający dopuści do oceny torebki przeciwpyłowe w rozmiarze 400 x 760?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza i koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie rozmiaru opakowania przeciwpyłowego dla Pakiet nr 2 poz. b w następujący sposób:**

b	420x700 mm lub 400x760 mm
---	---------------------------

**Pyt. 7 Pakiet nr 2 pozycja c**

Czy zamawiający dopuści do oceny torebki przeciwpyłowe w rozmiarze 600 x 760 ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza i koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie rozmiaru opakowania przeciwpyłowego dla Pakiet nr 2 poz. c w następujący sposób:**

c	600x750 mm lub 600x760mm
---	--------------------------

**Pyt. 8 Pakiet nr 3 pozycja 2**

Czy zamawiający wymaga aby rękaw wykonany był z polyolefinu o gramaturze 90 gr/m<sup>2</sup>, co powoduje wyjątkowo dużą odporność pakietu ?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 9 Pakiet nr 3 pozycja 2**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i ma na myśli rękawy wzmocnione na rolce minimum 70-100 m długości?

**Odp.: Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 3 poz. 2 w następujący sposób:**

2	Rękaw wzmocniony do sterylizacji ciężkich narzędzi. Wskaźnik sterylizacji minimum parą wodną i tlenkiem etylenu; nadruki i napisy poza przestrzenią pakowania, temperatura zgrzewu 140-190°C, szerokość rękawa:
a	32 cm +/- 2 cm
b	42 cm +/- 2 cm

**Pyt. 10 Pakiet nr 4 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści do oceny system bariery o strukturze SMS o gramaturze większej od wymaganej mianowicie 43 gr/m<sup>2</sup>

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pyt. 11 Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym szerokość zgrzewu wynosi max 400 mm?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 12 Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawów foliowo-papierowych płaskich wykonanych z papieru o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, temperatura zgrzewu 180 - 210 C, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 13 Pakiet nr 1 poz. 1a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawów foliowo-papierowych płaskich o szerokości 50 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1.**

**Pyt. 14 Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowań przeciwpyłowych o szerokość warstwy klejącej od krawędzi torebki 7mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 15 Pakiet nr 2 poz. 1b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowań przeciwpyłowych o wymiarach 400x760mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pytaniu nr 6.**

**Pyt. 16 Pakiet nr 2 poz. 1c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowań przeciwpyłowych o wymiarach 600x760mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pytaniu nr 7.**

**Pyt. 17 Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie papieru krepowanego charakteryzującego się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, wykonanego z celulozy niewzmocnionej lateksem, pakowanego naprzemiennie w kolorze zielonym i białym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 18 Pakiet nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa wzmocnionego o temperaturze zgrzewu 180-210°C, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pyt. 19 Pakiet nr 3 poz. 2a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa wzmocnionego szerokości 25 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 20 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 21 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 22 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 23 Pakiet 1 poz. a**

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodny z SIWZ o szerokości 55 mm?

**Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1.**

**Pyt. 24 Pakiet 1 poz. d**

Czy Zamawiający dopuści rękaw zgodny z SIWZ o szerokości 125 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza i koryguje opis przedmiotu zamówienia w zakresie rozmiaru rękawa foliowo-papierowego dla Pakiet nr 1 poz. d w następujący sposób:**

d	120 mm lub 125 mm
---	-------------------

**Pyt. 25 Pakiet 4 poz.1 Poz. a i b**

Ze względu na fakt, że na polskim rynku występują opakowania polipropylenowe: trzy, cztero oraz pięciowarstwowe, prosimy o doprecyzowanie ilu warstwowe powinno być zaferowane opakowanie?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 26 Pakiet 4 poz.1 Poz. a i b**

Czy Zamawiający dopuści opakowania zgodne z SIWZ o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> lub wyższej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pyt. 27 Pakiet 4 poz. a**

Czy Zamawiający dopuści produkt zgodny z SIWZ pakowany a’200 sztuk lub a’300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza produktu pakowanego po 200 szt, natomiast dopuszcza produkt pakowany po 300 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości zamawianych opakowań tj. zamawiana ilość opakowań 5.**

**Pyt. 28 Pakiet 4** poz. b

Czy Zamawiający dopuści produkt zgodny z SIWZ pakowany a'160, a'120 lub a'300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza produktu pakowanego po 160 szt oraz po 120 szt, natomiast dopuszcza produkt pakowany po 300 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości zamawianym opakowań tj. zamawiana ilość opakowań 5.**

**Pyt. 29 Pakiet 6** poz. 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zgodne z SIWZ wyprodukowane w 2015 roku?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie Z SIWZ.**

**Pyt. 30 Pakiet 6** poz.1

Czy opisany w SIWZ stolik z nadstawkami powinien umożliwiać sortowanie produkowanych równocześnie torebek o różnych szerokościach do oddzielnych przegródek w sposób zapobiegający ich pomieszaniu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Pyt. 31 Pakiet 6** poz. 1

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie kontrolowało krytyczne parametry procesu takie jak temperaturę, siłę docisku oraz czas zgrzewania zgodnie z normą ISO 11607-2, a w razie przekroczenia parametrów posiadało funkcję zatrzymania alarmowego?

**Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Zgodnie z SIWZ.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*