



## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków ochrony indywidualnej.  
Nr sprawy: **ZP-16-038UN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:

### **Pyt. 1 Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarach L, XL przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ ?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Wymagania w zakresie dostępności do rozmiarów L, XL oraz XXL są podyktowane realnymi potrzebami Zamawiającego.**

### **Pyt. 2 Pakiet nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: bluza + spodnie wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS w kolorze niebieskim lub zielonym. Bluza operacyjna z wycięciem pod szyją zaokrąglonym, wykończonym overlokiem. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga bluzy w kolorze zielonym lub niebieskim z wycięciem pod szyją zaokrąglonym, wykończonym overlokiem, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

### **Pyt. 3 Pakiet nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli przedoperacyjnej, z włókniny polipropylenowej PPS z trokiem umieszczonym na wysokości klatki piersiowej, w rozmiarze XL?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Koszule z trokiem umieszczonym na wysokości klatki piersiowej nie zapewniają pełnego komfortu pacjenta przed zabiegiem, zaoferowana koszula może ulegać rozchyleniu.**

### **Pyt. 4 Pakiet nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 foliowych lub z fizeliny krótkich ochraniaczy na obuwiu na gumkę?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

### **Pyt. 5 Projekt umowy**

Czy Zamawiający umieści w umowie zapis dotyczący zmiany cen brutto wynikający z ustawowej zmiany stawki VAT przy zachowaniu niezmienności cen netto?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pyt. 6 Pakiet nr 3 , poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów w kolorze niebieskim lub fioletowym?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza komplety w kolorze niebieskim.**

**Pyt. 7 Projekt umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp.: Tak.**

**Pyt. 8 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić słowo „opóźnienia” słowem „zwłoki” w § 4 ust. 1) podpunkt projektu umowy?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 9 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 10 Projekt umowy**

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odp.: Zamawiający określił potrzeby na podstawie dotychczasowego zużycia i prognozuje zakup 100%, ale nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości.**

**Pyt. 11 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 12 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pyt. 13 Pakiet nr 1 poz. 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści czepki o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pyt. 14 Pakiet 2 poz.1**

Czy Zamawiający omyłkowo w opisie przedmiotu zamówienia wpisał, iż oczekuje fartucha niepalącego? Prosimy o wyjaśnienia, czy Zamawiający oczekuje fartucha niepalącego czy niepylącego.

**Odp.: Zamawiający oczekuje fartucha niepylącego. W załączeniu skorygowany Załącznik nr 2 do SIWZ.**

**Pyt. 15 Pakiet 2 poz.1**

Czy Zamawiający zgodzi się na podanie ceny za opakowanie a'10 szt?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za 1 szt. zaoferowanego przedmiotu zamówienia.**

**Pyt. 16 Pakiet 2 poz.1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów w dwóch rozmiarach L i XL?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Wymagania w zakresie dostępności do rozmiarów L, XL oraz XXL jest podyktowany realnymi potrzebami Zamawiającego.**

**Pyt. 17 Pakiet 2 poz.1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pyt. 18 Pakiet 3 poz.1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ubrań z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Gramatura zaoferowanych ubrań znacznie odbiega od wymaganej minimalnej gramatury.**

**Pyt. 19 Pakiet 4 poz.1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszul granatowych z wycięciem pod szyją w kształcie litery „Y” wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 20 Pakiet 5 poz.1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ochraniaczy zakończonych gumką nielaminowanych folią?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania ochraniaczy długich, wiązanych z włókniny laminowanej folią.**

**Pyt. 21 SIWZ**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 2 za wystarczające uzna oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów (deklaracji zgodności, formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. Nr 107, pozycja 679 z późniejszymi zmianami)), a na żądanie Zamawiającego przedłożenia ich do wglądu Zamawiającemu, ponieważ jest to wyrób niejałowy i nie wymaga posiadania certyfikatu?

**Odp.: Zamawiający uzna oświadczenie o w/w treści.**

**Pyt. 22 SIWZ**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 3 za wystarczające uzna oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów (deklaracji zgodności, formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. Nr 107, pozycja 679 z późniejszymi zmianami)), a na żądanie Zamawiającego przedłożenia ich do wglądu Zamawiającemu, ponieważ jest to wyrób niejałowy i nie wymaga posiadania certyfikatu?

**Odp.: Zamawiający uzna oświadczenie o w/w treści.**

**Pyt. 23 Pakiet nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 jednorazowych kompletów w kolorze niebieskim.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 24 Pakiet nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w kolorze ciemnoniebieskim. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza komplety w kolorze niebieskim, ale nie granatowym.**

**Pyt. 25 Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek o gramaturze 14 g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pyt. 26 Pakiet nr 1 poz. 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pyt. 27 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego w rozmiarze uniwersalnym posiadającego rękawy wykończone nieuciskającą gumką?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga fartucha, którego rękawy wykończone będą elastycznymi mankietami, co bardziej zabezpiecza przed przedostaniem się wody do rękawa podczas mycia pacjenta.**

**Pyt. 28 Projekt umowy § 4, ust. 1-2**

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §4 ust. 1, do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części przedmiotu zamówienia,
- §4 ust. 2, do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek*

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 2 - Odzież medyczna jednorazowego użytku

Lp.	Nazwa asortymentu - parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Cena jednostkowa netto za sztukę	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [kol. 5 * kol. 6]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fartuch higieniczny, zielony lub niebieski z włókniny polipropylenowej, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki lub rzepy z przedłużonymi połami do zakładania na plecach, rękawy wykończone elastycznymi mankietami, nietoksyczny, niepylący. Troki nie mogą ulegać rozerwaniu podczas zawiązywania ich. Rozmiar: L, XL, XXL, odporny na rozerwanie podczas użytkowania.			80.000					
<b>RAZEM</b>									

## Do oferty należy dołączyć:

- a) próbki: 5 szt;
- b) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów (deklaracji zgodności, certyfikacji wyrobu, formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. Nr 107, pozycja 679 z późniejszymi zmianami)), a na żądanie Zamawiającego przedłożenia ich do wglądu Zamawiającemu;
- c) kartę produktu w języku polskim zawierających dokładny opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. Z dołączonego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załącznikach do SIWZ;

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ 2016 roku

.....  
*podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy*