



### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę łóżek szpitalnych z materacami**.  
Nr sprawy: ZP-16-043BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą bez przedłużenia leża 224 cm?  
 **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
2. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone we wskaźnik diodowy najniższej pozycji łóżka?  
 **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
3. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca 82 cm?  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
4. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome; segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL?  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
5. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego?  
 **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
6. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację segmentu podudzia za pomocą sprężyny gazowej?  
 **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
7. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża 0 – 12°?  
 **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
8. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji pozycji Trendelenburga -16° i anty-Trendelenburga +18°?  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
9. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektrycznie regulowaną pozycję szokową oznaczoną czytelnym piktogramem; łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga; pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku?  
 **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
10. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektrycznie regulowaną pozycję egzaminacyjną – poziomą realizowaną z dowolnego ustawienia łóżka podnosząc leże do najwyższej bezpiecznej pozycji; pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku?  
 **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
11. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne z centralnego panelu sterowania z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg z funkcjami selektywnej blokady; wszystkie przyciski membranowe wodoodporne?  
 **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
12. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające dodatkowej drugiej baterii zasilającej?  
 **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
13. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję barierki bocznej umożliwiającej ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 2 wysokościach (barierka opuszczona/barierka podniesiona); barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka; konstrukcja barierki bocznej pozwala na opuszczenie / odbezpieczenie dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego; system opuszczania barierki bocznych

wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

14. Czy (w pkt. 31) Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone we wskaźnik pozycji bioder?  
**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
15. Czy (w pkt. 38) Zamawiający dopuści łóżko posiadające uchwyty na akcesoria (6 haków) po obu stronach łóżka? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
16. Czy (w pkt. 42) Zamawiający dopuści łóżko posiadające przedłużenie leża realizowane poprzez zwolnienie dwóch pokręteł; możliwość przedłużenia o 30 cm? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
17. Czy (w pkt. 55) Zamawiający dopuści materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzania powierzchni, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem dostępną z jednego przycisku; samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie ok. 25 min. od aktywowania maksymalnego napompowania? **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
18. **Dotyczy SIWZ rozdział XII) Pkt. 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie w/w zapisu?

Urządzenia medyczne oferowane w niniejszym postępowaniu są objęte preferencyjną stawką podatku VAT wynoszącą 8%. W przypadku konieczności wydzielenia usługi takiej jak transport, instalacja i szkolenie, usługa ta objęta jest stawką podatku VAT wynoszącą 23%. W przypadku możliwości wliczenia w/w usługi w cenę urządzeń medycznych zostanie ona objęta zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) preferencyjną stawką podatku VAT. Wykreślenie zatem w/w punktu jest jak najbardziej korzystne dla Zamawiającego pod względem finansowym.

W świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stawka obniżona w wysokości 8% jest zatem stosowana do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez względu na symbol PKWiU).

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedno świadczenie obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności (np. transport, montaż urządzeń), świadczenie to nie powinno być sztucznie dzielone dla celów określenia jego opodatkowania. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia świadczenie nie powinno być dzielone dla tych celów wówczas, gdy tworzyć będzie jedno świadczenie zasadnicze, obejmujące kilka czynności pomocniczych, **których realizacja prowadzi jednak do jednego celu – dostawy wyrobu medycznego.** Czynności transportu, montażu i szkolenia nie można uznać za odrębne świadczenia skoro nie stanowią one celu samego w sobie, lecz są środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia zasadniczego.

**Odp.: Zgodnie z treścią SIWZ i drukiem „OFERTA” wykonawcy zobowiązani są do rozbicia kosztów i podania prawidłowej stawki VAT osobno dla usług i przedmiotu zamówienia. Ni jest dopuszczalne podania jednej ceny bez wymaganego rozbicia.**

19. **Dotyczy SIWZ rozdział VI) Pkt. 6**

Czy Zamawiający dopuści łóżka i materace (punkt 53 załącznika nr 1 do SIWZ) nieposiadające certyfikatu CE?

*Łóżka i ww. materace są wyrobami medycznymi klasy I i w związku z tym nie wymagają uzyskania Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną. Jedynym dokumentem dopuszczającym je do obrotu i do używania na terenie Polski jest deklaracja zgodności zgodna z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG, która potwierdza posiadanie przez łóżka i szafki oznakowania CE.*

*Taki stan rzeczy wynika z dyspozycji art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., według którego wyroby medyczne objęte klasą I nie wymagają przeprowadzenia oceny zgodności przy udziale jednostki notyfikowanej, w związku z czym przeprowadza ją sam wytwórca. Na tej podstawie wystawiana jest deklaracja zgodności, która stanowi w tym przypadku jedyny dokument dopuszczający taki wyrób medyczny do obrotu i do używania. Podsumowując - potwierdzenie prawidłowego przeprowadzenia procedury oceny zgodności przez jednostkę notyfikowaną, w formie certyfikatu CE, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie ma zastosowanie tylko wobec wyrobów klas wymienionych w przywoływanym powyżej art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, nie zaś w stosunku do wyrobów klasy I, o którym mówimy w tym wypadku.*

**Odp.: Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE.**

20. **Dotyczy Załącznika nr 6 - projekt umowy:** Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §5 ust. 1 projektu umowy na: „W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia oraz powstania zwłoki lub nie wykonania obowiązków określonych w §3 Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką/towaru którego dotyczy naprawa – za każdy dzień zwłoki.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

21. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 4 projektu umowy na: „W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego

*i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.*” Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

22. Prosimy o modyfikację §7 ust. 2 projektu umowy na: *„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu i montażu przedmiotu umowy powyżej 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do działania, w terminie 30 dni od zaistnienia opóźnienia”.*

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust. 7 projektu umowy na: *„Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy (o ile Wykonawca uzna takie ubezpieczenie za konieczne) do siedziby Zamawiającego.”* **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 2 na: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzycielności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzycielności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”* **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Zwracamy się z prośbą o dodanie do projektu umowy następującego zapisu: *„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”* **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zdania drugiego §3 ust. 1 projektu umowy na: *„Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy.”* Pozostawienie obecnych zapisów spowoduje odpowiedzialność Wykonawcy za np. działania siły wyższej, które nie są zależne od wykonawcy a nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

23. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie terminu przewidzianego na naprawę gwarancyjną do 5 dni roboczych (§3 ust. 4 projektu umowy). **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?
25. Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym. **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek**