



## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 4, ZP-16-045UN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn.zm. ), udzielam następującej odpowiedzi:

### **Pyt. 1 Załącznik nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania worka stomijnego spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia z podziałką na folii ochronnej z oznaczeniem rozmiaru do docięcia z dwóch stron zamiast czterech ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.**

### **Pyt. 2 Załącznik nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie worka zapinanego na rzep z 1 etapowym zapięciem, które jest bezpiecznym zapięciem poprzez 4-krotne zwinięcie rękawa i zaciśnięcie samozamykanych pasków- gwarantuje to szczelność worków?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.**

### **Pyt. 3 Załącznik nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 5 sterylne przyrządu ..... do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Opisany produkt nie posiada zastawki zwrotnej, która ma zapobiegać wyciekaniu leku po rozłączeniu strzykawki.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*