



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 4, ZP-16-045UN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1 Załącznik nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 cewników centralnych według następującego opisu:

Cewnik do żył centralnych dwuświatłowy, w składzie zestawu:

- Nitinolowa prowadnica odporna na załamywanie 0,032"
- igła Seldingera 18G/6,35
- strzykawka 5 ml z otworem w tłoku z zastawką hemostatyczną, umożliwiającą wprowadzanie przewodnika bez odłączania strzykawki od igły, igła do kontroli ciśnienia
- opakowanie pojedyncze, sterylne
- cewnik wykonany z poliuretanu ze znacznikami długości, miękką końcówką, skrzydełkami do mocowania do skóry i przezroczystymi drenami zakończonymi kolorowymi łącznikami
- rozmiar: średnica zewnętrzna 7Fr, średnice wewnętrzne: 16/16G. Długość cewnika 20 cm

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, opisany zestaw nie ma skalpela.

Pyt. 2 Załącznik nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 cewników centralnych według następującego opisu:

Cewnik do żył centralnych trójświatłowy, w składzie zestawu:

- Nitinolowa prowadnica odporna na załamywanie 0,032"
- igła Seldingera 18G/6,35
- strzykawka 5 ml z otworem w tłoku z zastawką hemostatyczną, umożliwiającą wprowadzanie przewodnika bez odłączania strzykawki od igły, igła do kontroli ciśnienia
- opakowanie pojedyncze, sterylne
- cewnik wykonany z poliuretanu ze znacznikami długości, miękką końcówką, skrzydełkami do mocowania do skóry i przezroczystymi drenami zakończonymi kolorowymi łącznikami
- rozmiar: średnica zewnętrzna 7Fr, średnice wewnętrzne: 16/18/18G. Długość cewnika 20 cm

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, opisany zestaw nie ma skalpela.

Pyt. 3 Załącznik nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 cewników centralnych według następującego opisu:

Cewniki do żył centralnych dwuświatłowy z kanałami do podaży płynów o dużych objętościach w krótkim czasie, ale o średnicy cewnika mniejszej tj. 8 F, w składzie zestawu:

- Nitinolowa prowadnica odporna na załamywanie 0,032"
- igła Seldingera 18G6,35

strzykawka 5 ml z otworem w tłoku z zastawką hemostatyczną, umożliwiającą wprowadzanie przewodnika bez odłączania strzykawki od igły, igła do kontroli ciśnienia

- opakowanie pojedyncze, sterylne
- cewnik wykonany z poliuretanu ze znacznikami długości, miękką końcówką, skrzydełkami do mocowania do skóry i przezroczystymi drenami zakończonymi kolorowymi łącznikami z zastawkami dostępu bezigłowego
- rozmiar: średnica zewnętrzna 8Fr, średnice wewnętrzne: 14/14G. Minimalne przepływy: kanał bliższy 85ml/min, kanał dalszy 93 ml/min. Długość cewnika 20 cm

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, opisany zestaw nie ma skalpela.

Pyt. 4 Załącznik nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, komora kroplowa o długości 60 mm wolna od PCV 20 kropli= 1 ml +/- 0,1 ml, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwukanałowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia -papier, sterylny, pakowany pojedynczo. Długość drenu 150 cm. Proponowany przez Zamawiającego opis wskazuje tylko jednego producenta przyrządu.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 5 Załącznik nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ w trakcie rozpakowywania aparatu/przyrządu do infuzji może dochodzić do przypadkowego zainfekowania aparatu.

Pyt. 6 Załącznik nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, komora kroplowa o długości 60 mm wolna od PCV 20 kropli= 1 ml +/- 0,1 ml, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwukanałowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia -papier, sterylny, pakowany pojedynczo. Długość drenu 180 cm. Proponowany przez Zamawiającego opis wskazuje tylko jednego producenta przyrządu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 7 Załącznik nr 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przyrządu do transfuzji z długości drenu 150 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Długość drenu 150cm mieści się w granicach jakie podał Zamawiający.

Pyt. 8 Załącznik nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający precyzyjnym regulatorem przepływu do infuzji grawitacyjnej ze skalą 0-300 ml/h będzie podawał lipidy ?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje podawania lipidów.

Pyt. 9 Załącznik nr 2 poz. 1-2

Czy Zamawiający pod pojęciem igła biorcza dwukanałowa ostra ma na myśli igła biorczą ściętą dwupłaszczynowo, uniemożliwiającą wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 10 Załącznik nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie precyzyjnego regulatora bez zacisku przesuwanego ale z zaciskiem rolkowym niezależnym od precyzyjnego regulatora, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odp.: Zacisk przesuwany służy do szybkiego czasowego przerwania infuzji, a sam zacisk rolkowy by zatrzymać infuzję wymaga dodatkowych manipulacji. Zamawiający koryguje błąd pisarski w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 3 w następujący sposób: Jest: przesuwany. Powinno być: przesuwny.

Pyt. 11 Załącznik nr 4 poz. 1a-1c

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawk pakowanych po 100 szt z możliwością przeliczenia w formularzu ofertowo- cenowym.

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymaganej wielkości opakowania. W kolumnie nr 3 podał zamawianą ilość sztuk strzykawk, a w kolumnie nr 4 cenę netto za sztukę.

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

Pyt. 12 Załącznik nr 4 poz. 1d

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawk pakowanych po 80 szt z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odp.: Zgodnie z odp. na pytanie nr 11.

Pyt. 13 Załącznik nr 4 poz. 1a,b,c,d

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku lub o możliwość podania ceny za opakowanie strzykawk z jednoczesnym przeliczeniem ilości na opakowania.

Odp.: Zgodnie z odp. na pytanie nr 11.

Pyt. 14 Załącznik nr 4 poz. 1a,b,c,d

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy pod pojęciem mankiet otwierający gwarantujący zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania Zamawiający miał na myśli mankiet który umożliwia otwarcie opakowania tylko od strony tłoka strzykawki, tym samym nie umożliwiając otwarcia opakowania od strony końcówki Luer?

Odp.: Pakowanie strzykawk w celu zachowania jałowości podczas otwierania jest procedurą standardową. W każdym przypadku mankiet otwierający znajduje się od strony tłoka strzykawki.

Pyt. 15 Załącznik nr 4 poz. 1a-d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę z opakowaniem typu blister (papier/folia) z mankietem otwierającym gwarantującym zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania min. 0,5 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że mankiet 0,5cm nie gwarantuje zachowania jałowości strzykawki podczas otwierania.

Pyt. 16 Załącznik nr 4 poz. 1a-d

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie zawierające 100 sztuk strzykawkę i odpowiednie przeliczenie ilości?

Odp.: Zgodnie z odp. na pytanie nr 11.

Pyt. 17 Załącznik nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem antybakteryjnym 0,1 um bez zastawki.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zastawka zwrotna ma zapobiegać wyciekaniu leku po rozłączeniu strzykawki.

Pyt. 18 Załącznik nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z dużo dokładniejszym filtrem 0,2 um, przekładającym się na wyższe bezpieczeństwo, korek bez oznaczenia kolorem nie wpływający na jego użyteczność, bez zastawki, ale posiadający kołec typu mikro, którym wybiera się więcej leku, dzięki czemu Zamawiający ma wymierne korzyści w postaci dużych oszczędności środków finansowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza filtr 0,2um, korek bez oznaczenia kolorem, z zachowanie pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 19 Załącznik nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do przygotowania i pobierania leków bez zastawki?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zastawka zwrotna ma zapobiegać wyciekaniu leku po rozłączeniu strzykawki.

Pyt. 20 Załącznik nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do lewatywy o długości drenu 120cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 21 Załącznik nr 7 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej zbiórki moczu powinien posiadać bezigłowy port do pobierania próbek moczu zapewniający bezpieczeństwo personelu medycznego?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 22 Załącznik nr 7 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butelki z możliwością podłączania drenu od CH 8-16, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 23 Załącznik nr 7 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, przewodnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego.

Dostępna w rozmiarach:

- 6Fr o długości 27 cm i średnicy 1,95 mm dla rurek od 2,5mm
- 10Fr o długości 33,5 cm i średnicy 3,28 mm dla rurek od 3,5mm
- 12 o długości 36,6 cm i średnicy 3,93 mm dla rurek od 4,0mm
- 14 o długości 36,6 cm i średnicy 4,60 mm dla rurek od 5,0mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 24 Załącznik nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 120cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 25 Załącznik nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z drenem o dł. 90cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Dren dł. 90cm jest zbyt krótki przy przeszczepach nerek wykonywanych w Szpitalu.

Pyt. 26 Załącznik nr 7 poz. 6,7

Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 100 sztuk. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą

Pyt. 27 Załącznik nr 7 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści butelki do odsysania ran o pojemności 200ml i 400ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowanie pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 28 Załącznik nr 7 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści przewodnice:

2,0/23cm do rurek o średnicy 2,5-3,0

4,0/34cm do rurek o średnicy 5,0-8,0

5,0/37cm do rurek o średnicy 6,00-11,00

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 29 Załącznik nr 7 poz. 12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis SIWZ poprzez wyłączenie poz. 12, 13 z Pakietu nr 7.

Tworzy nowy Pakiet nr 7A „Prowadnice wielorazowe”

Pyt. 30 Załącznik nr 8 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie zawierające 50 sztuk elektrod i odpowiednie przeliczenie ilości?

Odp.: W poz. nr 1 Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie max. 50 sztuk. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

Pyt. 31 Załącznik nr 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły jednorazowego użytku z barwną nasadką igły i kolor opakowania odpowiadający rozmiarowi. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił swoje wymagania „Wymagane ostre brzegi zakończenia igły, barwne nasadki igły i kolor jednostkowy opakowania odpowiadające rozmiarowi”.

Pyt. 32 Załącznik nr 9 poz. 2a-2d

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis SIWZ poprzez wyłączenie poz. 2a-2d z Pakietu nr 9.

Tworzy nowy Pakiet nr 9A „Bezpieczne strzykawki”

Pyt. 33 Załącznik nr 9 poz. 2

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

Odp.: zgodnie z odp. na pytanie nr 32

Pyt. 34 Załącznik nr 9 poz. 2d

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie zawierające 50 sztuk strzykawek i odpowiednie przeliczenie ilości?

Odp.: Zgodnie z odp. nr 32, Zamawiający dokonał wydzielenia z pakietu nr 9 poz. 2a -2d. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie 50 sztuk. W takiej sytuacji należy podać ile sztuk zawiera opakowanie oraz zwiększyć ilość wymaganych opakowań. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

Pyt. 35 Załącznik nr 9 poz. 2d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek 20ml skalowanych co 1 ml ?

Odp.: Strzykawka 20ml skalowana co 1 ml mieści się w granicach jakie podał Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 36 Ogólne

Prosimy o wykreślenie z Rozdziału VI pkt 5a) SIWZ sformułowania „formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych”. Zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. dokumentami dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu są certyfikat CE oraz deklaracja zgodności.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 37 Ogólne

§4 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości netto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 38 Ogólne

§4 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany projekcie umowy.

Pyt. 39 Ogólne

§4 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości netto niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 40 Ogólne

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §1 ust. 5 projektu umowy zdania: „Zmiana zakresu rzeczowego i ilościowego może obejmować do 20% przedmiotu umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 41 Ogólne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy od chwili złożenia Zamówienia (§1 ust. 4 projektu umowy) oraz terminu wymiany wadliwego towaru na wolny od wad do 4 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego (§2 ust. 5b projektu umowy)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 42 Ogólne

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT (§3 ust. 5b), zmianie ulegnie wartość podatku VAT oraz cena brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian?

Odp.: W §3 pkt. 5 „projekt umowy” Zamawiający określił dopuszczalne zmiany w projekcie umowy

Pyt. 43 Ogólne

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §4 ust. 1 projektu umowy na:

„W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w §2 pkt. 5a i 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 44 Ogólne

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §4 ust. 2 projektu umowy na:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 45 Ogólne

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §4 ust. 5 projektu umowy na:

„W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i odp. na pyt. nr 29 i 32, Zamawiający koryguje treść SIWZ w zakresie Rozdz. I, Rozdz. VI pkt.5c, Rozdz. VIII pkt. 1, załącznika nr 7, załącznika nr 9, Załącznik nr 10.

Numeracja załączników do SIWZ nie ulega zmianie.

W załączeniu niniejszej informacji dołączony jest skorygowany Rozdz. I, Rozdz. VI pkt.5 c, Rozdz. VIII pkt. 1, załącznik nr 7, załącznik nr 9, Załącznik nr 10 oraz dodane załączniki asortymentowo - cenowe nr 7A i 9A.

W związku z korektami SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia oferta.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

10 CZERWCA 2015r godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09:30

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*

I) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych wg pakietów:

Pakiet nr 1 – Naczyniowe cewniki centralne

Pakiet nr 2 – Jednorazowe przyrządy do infuzji i transfuzji, precyzyjny regulator przepływu

Pakiet nr 3 – Worki stomijne

Pakiet nr 4 – Strzykawki jednorazowe

Pakiet nr 5 – Aparaty do przygotowywania i pobierania leków

Pakiet nr 6 – Butle szklane i dreny do zestawu 2-butłowego typu Sherwood

Pakiet nr 7 – Worki do zbiórki moczu, zestawy do lewatywy, kanki doodbytnicze, ostrza chirurgiczne, prowadnice

Pakiet nr 7A – Prowadnice wielorazowe

Pakiet nr 8 – Elektrody EKG, żel do EKG, USG

Pakiet nr 9 – Igły

Pakiet nr 9A – Bezpieczne strzykawki

Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione są w załącznikach nr 1 – 9A.

VI) Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zawartość oferty.

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, zamawiający żąda dołączenia do oferty:

c/ dołączenia do oferty folderu wraz ze zdjęciem, ulotki firmowej, zawierającej dokładny opis z podaniem wszystkich wymaganych w siwz parametrów. Z dołączonych folderów/ulotek musi jednoznacznie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załącznikach do SIWZ **dot. pakietów nr 1, 2,5, 7A.**

VIII) Wymagania dotyczące wadium.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie:

Nr Pakietów	PLN
Pakiet nr 1	6804,00
Pakiet nr 2	5905,00
Pakiet nr 3	275,00
Pakiet nr 4	3680,00
Pakiet nr 5	1974,00
Pakiet nr 6	174,00
Pakiet nr 7	1657,00
Pakiet nr 7A	67,00
Pakiet nr 8	300,00
Pakiet nr 9	833,00
Pakiet nr 9A	423,00

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość sztuk	Cena netto za sztukę	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	Producent	Nazwa handlowa Nr kat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zestawy do lewatywy jednorazowego użytku pojemność zbiornika 1500- 1750 ml, dren dł 100 cm nie ulegający zagięciom powodującym załamanie światła drenu, zakończony kanką, zacisk na drenie	5 340						
2.	Kanki doodbytnicze rozm. 16-24,30	500						
3.	Worki do zbiórki moczu o poj. 2000ml., z podziałką co 100ml z odpływem, dł. drenu 90-120cm, otwory na wieszak	20 000						
4.	Worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000 ml ze skalą pomiarową co 100ml., sterylne z zastawką antyzwrotną oraz dopływem dł drenu 100- 110 cm, otwory na wieszak	520						
5.	Zgłębniki żołądkowe o długości 800-1250 mm rozm. 12-20, konektor o śr. ok. 0.7-1.0cm składający się z redukcji luer-lock i zatyczki. Redukcja służy do podłączenia strzykawki z końcówką luer lub innego urządzenia odsysającego	2 500						
6.	Ostrza wymienne jednorazowego użytku rozm. 10.10A,11,12,15,20,22,23	36 000						
7.	Ostrza chirurgiczne pakowane po 100 sztuk w opakowaniu tekturowym zafoliowanym na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym ostrza wyraźny nadruk kształtu i rozm. ostrza; rozm. 10, 10A,11,20	30 000						
8.	Wzierniki jednorazowego użytku ginekologiczne, sterylne	1 000						
9.	Cewnik dwukanałowy do płukania i odsysania żołądka i dwunastnicy	10						
10.	Butelka do odsysania ran typu Redon, sterylna, uniwersalna końcówka z możliwością podłączenia drenu od ch 12-18.Różne pojemności 150ml-400ml, na tyle miękka aby można było ją	4 000						

	zgiąć, żeby wytworzyć próżnię							
11.	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm	600						
	RAZEM							

Do załącznika nr 7

Wymagane próbki :

Pozycja	Ilości sztuk
poz 1	2 szt
poz.2	rozm. 18, 24 po 1 szt.
poz.3	3 szt
poz.4	2 szt.
poz.5	rozm. 14,16,18,20 po 1 szt.
poz.6	po 2 sztuk z każdego rozm.
poz.7	po 2 sztuk z każdego rozm.
poz.8	2 szt
poz.9	1 szt
poz.10	2 szt
poz.11	1 szt

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość sztuk	Cena netto za sztukę	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	Producent	Nazwa handlowa Nr kat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prowadnica do wymiany rurek, elastyczna, 15Ch/70 cm, wielorazowa, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem bez zawartości PCW, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia	6						
2	Prowadnica do trudnych intybacji typu Bougie, skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, wielorazowa, jałowa. Rozmiar 5,0 mm, długość 800 mm	10						
	RAZEM							

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość opakowań	Cena netto za opakowanie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	Producent	Nazwa handlowa Nr kat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Igły jednorazowe ze szczelnym połączeniem luer-lock i szczelnie zatopioną igłą w nasadce. Wymagane ostre brzegi zakończenia igły, barwne nasadki igły i kolor jednostkowy opakowania odpowiadające rozmiarowi. Wyraźny czytelny opis w j. polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym z wyraźną datą ważności Data ważności na opakowaniu jednostkowym, mankiet opakowania jednostkowego min. 0.5cm							
a.	igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,5 x 25, 1op-100 szt	500						
b.	igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,6 x 30, 1op-100 szt.	500						
c.	igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,7 x 30, 1op-100 szt.	500						
d.	igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,8 x 40, 1op-100 szt.	1 560						
e.	igły domięśniowe jednorazowe Luer 0,9 x 40, 1op-100 szt.	760						
f.	igły domięśniowe jednorazowe Luer 1,1 x 40, 1op-100 szt.	2 880						
g.	igły domięśniowe jednorazowe Luer 1,2 x 40, 1op-100 szt.	4 080						

Do załącznika nr 9

Wymagane próbki : z poz. 1 a,b,c,d,e,f,g - po 10 sztuk

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość opakowań	Cena netto za opakowanie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	Producent	Nazwa handlowa Nr kat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bezpieczne strzykawkki trzyczęściowe jednorazowego użytku z możliwością zabezpieczenia igły po wykonanej procedurze, mechanizm zapewniający całkowite wycofanie użytej igły do cylindra. Słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu bezpieczeństwa, dodatkowy mechanizm zapobiegający przypadkowej aktywacji systemu bezpieczeństwa. Ergonomiczny tłok ze specjalnym zakończeniem zapewniającym redukcję przestrzeni martwej z czterostronnym nacięciem umożliwiającym łatwe złamanie po użyciu. Produkt całkowicie bezlateksowy. Czytelna i niezmazywana skala pojemności: strzykawkki skalowane co min. 0,1ml (pojemność 3ml), strzykawkki skalowane co min. 0,2ml pojemność 5ml) strzykawkki skalowane co min. 0,2ml pojemność 10ml) strzykawkki skalowane co min. 0,1ml (pojemność 20ml),							
a.	strzykawkka 3ml 1op-100 szt	80						
b.	strzykawkka 5ml 1op-100 szt	80						
c.	strzykawkka 10ml 1op-100 szt	100						
d.	strzykawkka 20ml 1op-100 szt	100						
	RAZEM							

Do załącznika nr 9A

Wymagane próbki : z poz. 2 a,b,c,d- po 2 sztuki

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość dnia

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy
Siedziba
REGON NIP
Tel. Fax
Internete-mail
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającymTel
Osoba upoważniona do podpisania umowy :
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

1) W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej:

PAKIET Nr 1

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni**PAKIET Nr 2**

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni**PAKIET Nr 3**

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni**PAKIET Nr 4**

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni

PAKIET Nr 5

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni

PAKIET Nr 6

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni

PAKIET Nr 7

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni

PAKIET Nr 7A

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni

PAKIET Nr 8

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni

PAKIET Nr 9

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni

PAKIET Nr 9A

bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin płatności dni

- 2) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 3) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 5) Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
- 6) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 14 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 8) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
- 9) WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

_____ dnia __ __ 2016 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy