



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w obrębie twarzoczaszki - II
Nr sprawy: **ZP-16-074UN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w **pakiecie nr 1** podpunkt nr 1 implantów o następujących parametrach: płyta do osteosyntezy, kłykciowa, trapezoidalna, grubość 1 mm, tytanowa, 4 otworowa lub płyta kłykciowa, kształt delta, 4 otworowa, w tym otwory kompresyjne, grubość 1,0 mm, tytanowa.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, brak w ofercie płytki lambdaoidalnej 7 oczkowej stosowanej do osteosyntezy złamań wyrosków kłykciowych.

Pyt. 2 Pakiet nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w **pakiecie nr 1** podpunkt nr 2 implantów o następujących parametrach: śruby 2,0 mm, otwór typu krzyżak, samogwintujące, długość 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,21,23 mm tytanowe.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, konieczny otwór typu krzyżak pogłębiony celem lepszego utrzymania implantów na narzędziu.

Pyt. 3 Pakiet nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w **pakiecie nr 1** podpunkt nr 3 implantów o następujących parametrach: śruby awaryjne, korowe 2,3 mm, otwór typu krzyżak, samogwintujące, długość 5,7,9 mm oraz z otworem heksagonalnym, długość 5,7,9,12 mm, tytanowe.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, konieczny otwór typu krzyżak pogłębiony celem lepszego utrzymania implantów na narzędziu.

Pyt. 4 Pakiet nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w **pakiecie nr 2** podpunkt nr 1 implantów o następujących parametrach: płyta typu L, profil 0,7 mm; 2+2 otworowa; 2+3 otworowa; lewa/prawa; tytanowa.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Oferent oferuje tylko jeden profil 0,7 mm, tym samym Zamawiający nie ma możliwość wyboru profilu płytki.

Pyt. 5 Pakiet 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w **pakiecie nr 2** podpunkt nr 2 implantów o następujących parametrach: płyta typu L, profil 0,7 mm; 3+3; lewa/prawa; tytanowa.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Oferent oferuje tylko jeden profil 0,7 mm, tym samym Zamawiający nie ma możliwość wyboru profilu płytki.

Pyt. 6 Pakiet 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w **pakiecie nr 2** podpunkt nr 3 implantów o następujących parametrach: śruby korowe 1,5 mm, otwór typu krzyżak, samogwintujące, długość 3-8 mm, tytanowe.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na otwór typu krzyżak, konieczny otwór typu pogłębiony krzyżak celem lepszego utrzymania implantów na narzędziu.

Pyt. 7 Pakiet 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w **pakiecie nr 2** podpunkt nr 4 implantów o następujących parametrach: śruby korowe 1,5 mm, otwór typu krzyżak, samogwintujące, długość 3-16 mm, tytanowe.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na otwór typu krzyżak, konieczny otwór typu pogłębiony krzyżak celem lepszego utrzymania implantów na narzędziu.

Pyt. 8 Pakiet 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w **pakiecie nr 2** podpunkt nr 5 implantów o następujących parametrach: śruby awaryjne, korowe 1,8 mm, otwór typu krzyżak, samogwintujące, długość 5,7 mm, oraz z otworem heksagonalnym, długość 5-20mm tytanowe.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na otwór typu krzyżak, konieczny otwór typu pogłębiony krzyżak celem lepszego utrzymania implantów na narzędziu.

Pyt. 9 Pakiet 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w **pakiecie nr 5** podpunkt nr 1 implantów o następujących parametrach: płyta do osteosyntezy, 16 otworowa, profil 0,6 mm, tytanowa.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 10 Pakiet 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w **pakiecie nr 5** podpunkt nr 2 implantów o następujących parametrach: śruby korowe 1,5 mm, otwór typu krzyżak, samogwintujące, długość 3-8 mm, tytanowe.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 11 Pakiet 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w **pakiecie nr 5** podpunkt nr 3 implantów o następujących parametrach: śruby korowe 1,5 mm, otwór typu krzyżak, samogwintujące, długość 3-16 mm, tytanowe.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 12 Pakiet 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w **pakiecie nr 5** podpunkt nr 4 implantów o następujących parametrach: śruby awaryjne, korowe 1,8 mm, otwór typu krzyżak, samogwintujące, długość 5,7 mm, oraz z otworem heksagonalnym, długość 5-20 mm tytanowe.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 13 Pakiet 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w **pakiecie nr 7** podpunkt nr 1 implantów o następujących parametrach: siatka rekonstrukcyjna, giętka, pod śruby 1,5 mm, profil 0,1 mm; 0,2 mm, rozmiar: 90 x 150 mm; lub pod śruby 0,9/1,2/1,5/2,0 mm, profil 0,3 mm, rozmiar: 55x110 mm, do wyboru Operatora tytanowa.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 14 Pakiet 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w **pakiecie nr 7** podpunkt nr 2 implantów o następujących parametrach: śruby korowe 1,5 mm, otwór typu krzyżak, samogwintujące, długość 3-16 mm, tytanowe.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 15 Pakiet 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 2 dopuszcza śrubę 2.0 samogwintującą, pogłębiony krzyżak, o dł. 5,6,8,10,12,14,16,18, materiał TAN?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 16 Pakiet 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 1 dopuszcza płytkę 2.0 typu L, profil 0.6 i 0.9mm, 5-cio lub 6-cio otworową, prawą/ lewą, czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 17 Pakiet 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 2 dopuszcza płytkę 2.0 typu L profil 0.6 i 0.9mm, 7 otworową, prawą/ lewą, czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18 Pakiet 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 3 dopuszcza śrubę 2.0 samogwintującą, pogłębiony krzyżak, o dł. 4-18mm, ze skokiem, co 2mm, tytanowa?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 19 Pakiet 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 4 dopuszcza śrubę 2.0 samogwintującą, pogłębiony krzyżak, o dł. 4-18mm, ze skokiem, co 2mm, tytanowa?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 20 Pakiet 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 5 dopuszcza śrubę awaryjną 2.4mm, pogłębiony krzyżak, dł. 6-12 mm, ze skokiem, co 2mm, tytanowa?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 21 Pakiet 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 3 dopuszcza śrubę 2.0 samogwintującą, pogłębiony krzyżak, o dł. 4-18mm, ze skokiem, co 2 mm, tytanowa?

Odp.: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 18.

Pyt. 22 Pakiet 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 1 płytkę 2.0, typu X, 4,8,9-otworową o profilu 0,9mm, czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 23 Pakiet 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 2 płytkę 2.0, typu podwójny Y, 8-otworową o profilu 0,9mm, czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 24 Pakiet 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 3 dopuszcza śrubę 2.0 samogwintującą, pogłębiony krzyżak, o dł. 4-18mm, ze skokiem, co 2mm, tytanowa?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 25 Pakiet 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 4 dopuszcza śrubę awaryjną 2.4mm, pogłębiony krzyżak, dł. 6-12 mm, ze skokiem, co 2mm, tytanowa?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 26 Pakiet 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 1 dopuszcza płytkę rekonstrukcyjną 2.4, z nagwintowanymi otworami, prosta, 20 otworowa, długość 96-100mm, szerokość 8-8.5mm, odstęp między otworami 8mm, profil 2,5mm czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 27 Pakiet 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 2 dopuszcza płytkę rekonstrukcyjną 2,4 z nagwintowanymi otworami, prawo lub lewostronnie wygięta, 6 - 21 otworów, długość 170/50mm, szerokość 8-8.5mm, profil 2,5mm czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 28 Pakiet 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 3 dopuszcza płytkę rekonstrukcyjną 2,4 z nagwintowanymi otworami, obustronna wygięta, 5-22-5, 4-20-4 oraz 6-24-6 otworów do wyboru operatora, szerokość 8-8.5mm, profil 2,5mm czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 29 Pakiet 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 4 dopuszcza śrubę korową, zuchwową śr.2,4mm, samogwintująca dł.6,8,10,12,14,16,18,20,22mm, czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 30 Pakiet 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 5 dopuszcza śrubę blokowaną, średnica 2,4mm z nagwintowanym łbem, blokująca się w płycie, dł.8 10,12,14,16,18,20,22mm, czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 31 Pakiet 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 6 dopuszcza śrubę awaryjną śr. 2,7mm, samogwintująca o długościach 8,10,12,14,16,18mm, czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 32 Pakiet 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w pozycji 1 dopuszcza płytkę do osteosyntezy, niskoprofilową 1,0, 34 - oczkowa, grubość 0,7 czysty tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 33 Pakiet 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w pozycji 2 dopuszcza śrubę korową, samowkręcającą, pogłębiony krzyżak średnica 1,0mm, długość 2 i 3mm, tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 34 Pakiet 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w pozycji 3 dopuszcza śrubę korową, samogwintującą, pogłębiony krzyżak średnica 1,0mm, długość 2,3,4,5,6,7,8mm, tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 35 Pakiet 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w pozycji 3 dopuszcza śrubę korową, samogwintująca awaryjna pogłębiony krzyżak średnica 1,2mm, długość 2,3,4,5,6,7mm, tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 36 Pakiet 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 1 dopuszcza siatkę rekonstrukcyjną 1,0, wielkość 100x100mm, profil 0.1 i 0.4mm do wyboru operatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 37 Pakiet 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 2 dopuszcza śrubę korową samowiercąca, pogłębiony krzyżak, średnica 1,0 mm, długość 2mm i 3mm, tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 38 Pakiet nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 w pozycji 2 dopuszcza śrubę korową, żuchwową, średnica 2,4mm, samogwintującą dł. 6,8,10,12,14,16,18,20,22mm, czysty tytan oraz śrubę blokową średnicy 2,4mm z nagwintowanym łbem, blokującą się w płycie, długości 8,10,12,14,16,18,20,22mm, tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 38 Pakiet nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 w pozycji 3 dopuszcza śrubę awaryjną, średnica 2,7mm samogwintująca długości 8,10,12,14,16,18mm, tytan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*