

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu do Centralnej Sterylizatorni - III**.
Nr sprawy: ZP – 16 - 070 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania dotyczą Pakietu nr 1

Pytanie 1) Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, które posiadają piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku na etykiecie wewnątrz rolki? Oznakowanie bezpośrednio na rękawie nie jest wymagane normatywnie i nie ma uzasadnienia, gdyż raz użyty rękaw, po otwarciu, nie nadaje się do ponownego użycia? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Pytanie 2) Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o temperaturze zgrzewania **180°C – 220°C**, co nieznacznie odbiega od wartości wymaganej w SIWZ? **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Pytanie 3) Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe wykonane zgodnie z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN ISO 11607-1,2 co zostało potwierdzone oświadczeniem producenta, w których na zgrzewie umieszczone są oznaczenia normy ISO i EN w formie: ISO 11607 oraz EN 868. **Odp. Zgodnie z SIWZ. W SIWZ Zamawiający nie wymienia jaka norma ma być umieszczona na zgrzewie fabrycznym. Wymagana bariera sterylna ma spełniać wymogi ogólne zawarte w normie PN EN 868.**

Pytanie 4) Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające wskaźniki, które po sterylizacji zmieniają kolor na wyraźnie różniący się od koloru wskaźnika przed sterylizacją a ponieważ zmiana koloru wskaźnika jest kontrastowa, w obrębie zgrzewu fabrycznego widnieje jedynie informacja w języku polskim o zmianie koloru wskaźnika po sterylizacji dla poszczególnych metod sterylizacji? **Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokładnie określił w SIWZ wymóg jednoznacznej zmiany barwnika wskaźnika informującego o poddaniu pakietu procesowi sterylizacji.**

Pytania dotyczą Projektu umowy

Pytanie 5) Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 2 ust. 4. lit . b) poprzez dodanie po słowie „3 dni” słowa „roboczych”? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 2 ust 4 litera b) w Załączniku nr 11 i nadaje mu następujące brzmienie: „...wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego...” .**

Pytanie 6) Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 4 ust. 2 . poprzez nadanie mu brzmienia: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto nie zrealizowanego przedmiotu umowy .” **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.**

Pytanie 7) Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? **Odp. Tak.**

Pytanie 8) Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić słowo „opóźnienia” słowem „zwłoki” w § 4 ust. 1) podpunkt projektu umowy? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.**

Pytanie 9) Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10) Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony **Odp. Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z potrzebami.**

Pytanie 11) Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy.**

Pytanie 12) Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%” **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy.**

Pytanie 13) Pytanie dotyczy **Pakietu nr 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawy o następujących parametrach:

- gramatura papieru 60 g/m²
- nie posiadający na rękawie logo i nazwy producenta (zamiast powyższych nazwa handlowa wyrobu)
- brak numeru normy i symbolu produktu jednorazowego
- temperatura zgrzewu 180 – 210 stopni C.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Bariera jest wyborem jednorazowym dlatego Zamawiający wymaga aby rękawy posiadały wymaganą wytrzymałość oraz posiadały wymagane oznakowanie (numer normy oraz symbol produktu jednorazowego). Zamawiający dopuszcza, aby rękawy nie posiadały na rękawie logo i nazwy producenta .

Dotyczy Pakietu Nr 1

Pytanie 14) Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe posiadające pięciowarstwową folię?
Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający żąda rękawów posiadających wysoką wytrzymałość .

Pytanie 15) Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenia na każdym rękawie nazwy oraz logo producenta. Oznaczenia te są nieistotne z punktu widzenia użytkownika, natomiast w istotny sposób ograniczają konkurencyjność postępowania. **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Pytanie 16) Czy Zamawiający dopuści rękawy temperaturze zgrzewu 150-190 stopni C **Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Pytanie 17) Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary umownej do 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy?. **Odp Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu umowy.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*