



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH, ZP-16-068BN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1 Załącznik nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający w pakiecie 1 lp. 21 zwiększy ilość saszetek do 48 lub zmniejszy do 24 saszetek tak aby firma mogła spełnić warunek dostarczenia i przeliczenia saszetek na pełne opakowania w tej pozycji opakowanie zawiera 24 saszetki.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zamawianych ilości. Zamawiający dopuszcza wycenę takiej ilości opakowań, która nie zmienia zamawianej ilości sztuk saszetek, może to być np. ilość ułamkowa z dwoma miejscami po przecinku.

Pyt. 2 Załącznik nr 3 poz. 25

Czy Zamawiający w pakiecie 3lp. 25 zwiększy ilość saszetek do 192 lub zmniejszy do 168 saszetek tak aby firma mogła spełnić warunek dostarczenia i przeliczenia saszetek na pełne opakowania w tej pozycji opakowanie zawiera 24 saszetki

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zamawianych ilości. Zamawiający dopuszcza wycenę takiej ilości opakowań, która nie zmienia zamawianej ilości sztuk saszetek, może to być np. ilość ułamkowa z dwoma miejscami po przecinku.

Pyt. 3 Załącznik nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 6 lp.4 dopuści nić o dł. 75 cm pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4 Załącznik nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 6 lp.5 dopuści igłę o dł.17mm pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5 Załącznik nr 6 poz. 15

Czy Zamawiający w pakiecie 6 lp.15 dopuści igłę o dł.26 mm pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6 Załącznik nr 6 poz. 17

Czy Zamawiający w pakiecie 6 lp.17 dopuści dwie igły 37 mm pozostałe parametry bez zmian lub jedną igłę o długości 37 mm oraz nić o długości 75 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza dwie igły 37mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*