



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH, ZP-16-068BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

Pyt. 1 Załącznik nr 1 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 12 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pyt. 2 Załącznik nr 1 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie o dopuszczenie igły 12 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia igły o 1/3 długości.

Pyt. 3 Załącznik nr 1 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 15 mm i długości nitki 45 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia długości nitki o 30cm.

Pyt. 4 Załącznik nr 1 poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nitki o długości 45 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia długości nitki o 30cm.

Pyt. 5 Załącznik nr 1 poz. 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie grubości nitki 3/0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 Załącznik nr 1 poz. 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie grubości nitki 4/0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza w dwóch pozycjach (11 i 13) takich samych nitek.

Pyt. 7 Załącznik nr 1 poz. 15

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie długości nitki 75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia długości nitki o 15cm.

Pyt. 8 Załącznik nr 1 poz. 16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie długości nitki 75 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza w dwóch pozycjach (16 i 17) takich samych nitek

Pyt. 9 Załącznik nr 1 poz. 20

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie długości igły 50 mm i grubości nitki 2/0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia grubości nitki o 2 numery.

Pyt. 10 Załącznik nr 1 poz. 16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie grubości nitki 1. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia grubości nitki o 2 numery.

Pyt. 11 Załącznik nr 1- 7,9-10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu nici chirurgicznych pakowanych po 12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem sztuk na opakowania zbiorcze w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytania z dnia 17.06.2016r.

Pyt. 12 Załącznik nr 1-7,9-10

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w długości igły?

Odp.: Zamawiający dopuszcza tolerancję w długości igły (+/- 1mm).

Pyt. 13 Załącznik nr 1 poz. 1,8

Zwracam się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici w kolorze niebieskim. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie ich do oddzielnego Pakietu produkcyjnego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Jest to bardzo cienka nitka stosowana w miejscach widocznych i ze względów estetycznych powinna być bezbarwna.

Pyt. 14 Załącznik nr 2 poz. 23

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zmniejszenie długości igły o 3mm spowoduje zmniejszenie jej wytrzymałości w przejściu przez grube tkanki i trudno dostępne miejsca.

Pyt. 15 Załącznik nr 2 poz. 24

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 55 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia długości igły o 7mm.

Pyt. 16 Załącznik nr 2 poz. 24

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Proponowana igła jest okrągła tylko o przyostrzonym końcu, wymagana igła jest igłą ułatwiającą penetrację przez tkanki.

Pyt. 17 Załącznik nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18 Załącznik nr 3 poz. 14

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 19 Załącznik nr 3 poz. 29

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji standardowej igły okrągłej. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie jej do oddzielnego Pakietu produkcyjnego

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Tego typu nitka stosowana podczas zabiegu, gdzie wymagane jest szybkie odłączenie igły od nitki bez pomocy nożyczek.

Pyt. 20 Załącznik nr 3 poz. 31

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Igła troakarowa powoduje rozchylanie a nie rozrywanie tkanek uszczelniając przejście nitki.

Pyt. 21 Załącznik nr 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici syntetycznych, wchłaniających, plecionych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dni, czas wchłaniania zgodny z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 22 Załącznik nr 5

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Proponowana nitka ma o połowę krótszy okres podtrzymywania i wchłaniania.

Pyt. 23 Załącznik nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 9 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 24 Załącznik nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Igły troakarowe mają na końcu 4 krawędzie tnące powodujące rozchylanie tkanek i uszczelnianie przejścia nitki.

Pyt. 25 Załącznik nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści podwójną igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 26 Załącznik nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 9 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 27 Załącznik nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 28 Załącznik nr 7 poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Igły troakarowe mają na końcu 4 krawędzie tnące powodujące rozchylanie tkanek i uszczelnianie przejścia nitki.

Pyt. 29 Załącznik nr 7 poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) bez wzmocnienia, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Igły troakarowe mają na końcu 4 krawędzie tnące powodujące rozchylanie tkanek i uszczelnianie przejścia nitki.

Pyt. 30 Załącznik nr 9

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici monofilamentowe, wchłaniające, bez dodatku środka antybakteryjnego, podtrzymujące tkankę 55%-60% po 43 dniach od zaimplantowania? Okres wchłaniania 180-210 dni

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 31 Załącznik nr 9 poz. 9

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej z tnącym ostrzem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 32 Załącznik nr 10

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nitkę z antybakteryjnym nasaczeniem.

Pyt. 33 Ogólne

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 34 Ogólne

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 ust. 6a i 6b niniejszej umowy, Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 35 Ogólne

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego w § 4 pkt.1.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*