

Katowice, dn. 08.12.2016r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę stacji roboczych DICOM**.
Nr sprawy: ZP-16-123BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm), udzielam następujących odpowiedzi :

1. W związku dostawą dwóch stacji roboczych prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy? **Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanych urządzeń do systemu RIS/PACS.**
2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy? **Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego sprzętu z systemem RIS/PACS.**
3. Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, na koszt Wykonawcy? **Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace.**
4. dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr I - Radiologiczna stacja przeglądowa 21 cali – 4 sztuki: 2. dot. pkt. 2 – Procesor – Według naszej najlepszej wiedzy w najnowszych komputerach Apple iMac 21,5 montowany jest procesor Intel Core i5-5575R o taktowaniu 2,80GHz, który aktualnie w teście PassMark (wynik na dzień 05.12.2016 r. w załączeniu do niniejszego pisma) – CPU Mark posiada wynik 6836.
Zamawiający wymaga dla celów porównawczych aby procesor spełniał wskaźniki testu PassMark – CPU Mark ze strony: www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – z wynikiem min.: 6900 punktów. Informujemy, że dla wyspecyfikowanej stacji komputerowej Apple iMac 21,5” z procesorem w najwyższej możliwej konfiguracji czyli Intel Core i5-5575R wynik ze strony www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – to 6836 punktów. Niemożliwe jest zatem spełnienie minimalnych wymogów stawianych przez Zamawiającego.
Informujemy, że wyniki ze strony www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html często się zmieniają, czasem nawet kilka razy w ciągu miesiąca, zatem jeżeli Zamawiający stawia taki wymóg w postępowaniu powinien przewidzieć taką sytuację i odpowiednio dostosować wymóg punktowy.
Prosimy zatem o dostosowanie wymogu punktowego do realnego poziomu dzięki czemu będzie możliwym spełnienie wymogów Zamawiającego przez oferenta.
Na potwierdzenie powyższego załączamy aktualne wyniki testów procesora ze strony www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html.
Czy zatem Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stacji iMac 21,5” z procesorem z wynikiem testu Passmark wynoszącym 6836 punktów?
Odp.: Zamawiający w punkcie 2 zmienia wymaganie na : Dla celów porównawczych procesor musi spełniać wskaźniki testu PassMark – CPU Mark ze strony: www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – z wynikiem min.: 6836 punktów

5. dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr II - Radiologiczna stacja przeglądowa 27 cali - 1 sztuka: dot. pkt. 12 – Klawiatura – firma, która produkuje klawiaturę o wymaganych przez Zamawiającego parametrach (Apple) nie spełnia jednego z opisanych parametrów, tj.: bezprzewodowa klawiatura z polem numerycznym.

ZP-16-123BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Czy zatem Zamawiający zgodzi się na dostarczenie klawiatury przewodowej, która spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający w punkcie 12 zmienia wymaganie na: Przewodowa klawiatura, pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, układ QWERTY

6. Czy Zamawiający wymaga przeszkolenia z obsługi dostarczonego sprzętu czy również z oprogramowania OSIRIX? Ile osób ma zostać przeszkolonych oraz ile godzinne winno być szkolenie? Proszę o szczegółowe informacje dot. wymaganego w projekcie umowy §2 pkt 2 szkolenia z obsługi.

Odp.: Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie podstawowych informacji odnośnie konfiguracji i eksploatacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania - 2 osoby z Działu Informatyki . Szkolenie odbędzie się w miejscu realizacji zamówienia. Czas trwania szkolenia określi Wykonawca w oparciu o swoje doświadczenie w tym zakresie, nie mniej jednak niż 2 godziny.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*