

Katowice, dnia 14.04.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej wraz z rozbiórką budynku gospodarczego oraz dostawą wyposażenia medycznego i biurowego.*

Nr sprawy: ZP – 17 – 004 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Załącznik nr 19.4 punkt 5.

Czy maksymalne obciążenie jest dopuszczalne 6200 g?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2) Załącznik nr 19.4 Punkt 8.

Czy dopuszczalne są wymiary szalki 170 mm x 200 mm

Odp.: Dopuszczam wymiary szalki: 170mm x 200mm bez tolerancji - z uwagi na małe powierzchnie blatów roboczych w recepturach - tolerancja +/- 15mm mogłaby spowodować dopuszczenie długich i wąskich wag.

Pytanie 3) Załącznik nr 19.5

Minimalna naważka 140 mg z tolerancja 1%?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie SIWZ, ilości odważanych substancji proszkowych wymagają takiej dokładności wagi..

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
F. Dziuba
dr n med. WŁODZIMIERZ DZIUBDZIELA