

Katowice, dn. 04.05.2017 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w obrębie twarzoczaszki
Nr sprawy: ZP-17-034BN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 SIWZ

Czy Zamawiający w rozdziale II pkt. 7 i w formularzu asortymentowo-cenowym doprecyzuje, iż w przypadku żądania przez Zamawiającego próbek zostaną one zwrócone Wykonawcy po prezentacji na jego wniosek.

Odp.: Po prezentacji Zamawiający zwróci na wniosek Wykonawcy bezpłatne próbki.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 1

Czy w poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego rodzaju płytki tytanowej lambdaoidalnej do wyrostka kłykciowego żuchwy 9-otworowej, lewa i prawa o grubości 1 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jednego rodzaju płytki tytanowej lambdaoidalnej 9-cio otworowej, gdyż nie zapewni to zabezpieczenia wszystkich sytuacji klinicznych.

Pytanie nr 3 Pakiet nr 1

Czy w poz. 2 i 3 Zamawiający dopuści możliwości oferowania śrub z gniazdem kwadratowym zamiast pogłębionego krzyżaka?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Śruby z pogłębionym krzyżakiem są rozwiązaniem nowoczesnym podobnie jak śruby z otworem heksagonalnym. W razie braku śrubokrętu typu pogłębiony krzyżak jest możliwość odkręcenia śruby przy pomocy śrubokrętu z systemem krzyżak. Wysoka częstotliwość spadania śruby z gniazdem kwadratowym ze śrubokrętu podczas transportu z kasyty powoduje utratę czasu zespołu operacyjnego na ponowne zakładanie śruby lub poszukiwanie jej w polu operacyjnym. W razie osteointegracji śruby z kością i konieczności jej odkręcenia uchwyt kwadratowy nie pozwala na odpowiednie przełożenie sił i uchwycenie головки śruby.

Pytanie nr 4 Pakiet nr 1

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści możliwości oferowania śrub o średnicy 2,0 mm i dł. 5mm zamiast 4mm, pozostałe długości bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie śrub od długości 5 mm, gdyż wymagany jest dostęp do śruby od 4 mm.

Pytanie nr 5 Pakiet nr 1

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści możliwości oferowania śruby awaryjnej o średnicy 2,3 mm zamiast 2,4mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie śruby awaryjnej 2,3 mm zamiast 2,4 mm, gdyż Zamawiający podczas zabiegów wykorzystuje śruby o wymaganej średnicy.

Pytanie nr 6 Pakiet nr 2

Czy w poz. 1 i 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek typu L o grubości 0,6mm lub 1,0 mm zamiast 0,5; 0,7; 0,8mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający do zabiegów wykorzystuje płytki o wymaganych w SIWZ grubościach.

ZP-17-034BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pytanie nr 7 Pakiet nr 2

Czy w poz. 3-5 Zamawiający dopuści możliwości oferowania śrub z gniazdem kwadratowym zamiast pogłębionego krzyżaka?

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pytaniu nr 3.

Pytanie nr 8 Pakiet nr 2

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści możliwości oferowania śrub korowych samowiercących o dł. 4-9mm zamiast 3-8mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający do zabiegów wykorzystuje śruby korowe o wymaganych w SIWZ długościach.

Pytanie nr 9 Pakiet nr 2

Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści możliwości oferowania śrub awaryjnych o średnicy 1,8 mm i dł. 5, 7, 9, 11 i 13 mm zamiast 3-12mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający do zabiegów wykorzystuje śruby awaryjne o wymaganych w SIWZ długościach, oferowany zakres nie zapewni zabezpieczenia wszystkich sytuacji klinicznych.

Pytanie nr 10 Pakiet nr 3

Czy w poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki tytanowej typu X o grubości 0,6mm lub 1,0mm zamiast 0,5; 0,7mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający do zabiegów wykorzystuje płytki o wymaganych w SIWZ grubościach.

Pytanie nr 11 Pakiet nr 3

Czy w poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki typu Y podwójnej o grubości 0,6mm lub 1,0mm zamiast 0,5; 0,7mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający do zabiegów wykorzystuje płytki o wymaganych w SIWZ grubościach.

Pytanie nr 12 Pakiet nr 3

Czy w poz. 3-4 Zamawiający dopuści możliwości oferowania śrub z gniazdem kwadratowym zamiast pogłębionego krzyżaka?

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pytaniu nr 3.

Pytanie nr 13 Pakiet nr 3

Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści możliwości oferowania śrub awaryjnych o średnicy 1,8mm i dł. 5, 7, 9, 11 i 13 mm zamiast 3-12mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający do zabiegów wykorzystuje śruby awaryjne o wymaganych w SIWZ długościach, oferowany zakres nie zapewni zabezpieczenia wszystkich sytuacji klinicznych.

Pytanie nr 14 Pakiet nr 5

Czy w poz. 2-3 Zamawiający dopuści możliwości oferowania śrub z gniazdem kwadratowym zamiast z otworem heksagonalnym?

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pytaniu nr 3.

Pytanie nr 15 Pakiet nr 1-5-zapis pod pakietami

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby, w przypadku wyboru oferty jednego Wykonawcy w kilku pakietach należących do tego samego „systemu” obsługiwanego przez jedno i to samo instrumentarium, było ono udostępnione Zamawiającemu jako jedno instrumentarium przeznaczone do kilku wyrobów z różnych pakietów, a nie oddzielne instrumentaria do każdego pakietu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie jednego instrumentarium do kilku pakietów z uwagi na konieczność wykonywania kilku zabiegów dziennie i braku możliwości szybkiej sterylizacji instrumentarium pomiędzy zabiegami.

Pytanie nr 16 Projekt umowy

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2 ust. 5 lit. b) z „3 dni” na „3 dni robocze”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie nr 17 Projekt umowy

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §4:

ZP-17-034BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

a) ust. 1 z 1% na 0,2%

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

b) ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego o następującej treści: *Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem?*

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania zawrze umowę na każdy z pakietów osobno.

Pytanie nr 18 Projekt umowy

Czy Zamawiający doda zapis w § 6 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Z upoważnienia **DYREKTORA**
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa MOŁEK