

Katowice, dn. 29.05.2017 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do dializ nerkowych Nr sprawy: ZP-17-044UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi :

Pyt. 1 Pakiet nr 3

czy zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14fr i długościach: 17 cm, 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 g x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu j, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawkę 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 fr x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 fr x 15 cm, łącznik prowadzący typu y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga cewników o wymiarach 15 cm (krótszych) i 20 cm (dłuższych) ze względu na zróżnicowanie anatomiczne pacjentów. Oferowane cewniki 17 cm są za długie.

Pyt. 2 Pakiet nr 3

Dotyczy zadania 3 - czy zamawiający dopuści cewnik wykonany z Poliurethanu BodySoft odpornego na zatałamanie, dwukanałowy, średnica 12 FR, 3cm schodkowa końcówka zmniejszająca recyrkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, przewodnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług.70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, 2 zatyczkami, ruchome skrzydełkami do mocowania, 1skrzydełko dotychczasowe, opatrunek do mocowania cewnika, ramiona proste oraz zakrzywione; 13 Fr (dodatkowo - rozszerzacz naczyniowy 12-14 Fr), długości 15cm, 20cm, 24cm w zestawie 5szt/opak?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Brak w powyższym opisie informacji o skalpeli i o elastycznych dwóch końcówkach przewodnicy.

Pyt. 3 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory kapilarne o najnowocześniejszej obecnie na rynku błonie syntetycznej polysulfonowej, sterylizowane o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 2,0m², przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4 Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości **15 cm, 20cm** widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełko. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłą wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml,

ZP-17-044UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzaczki o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone
prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, z powyższego opisu nie wynika jednoznacznie że oba końce
prowadnicy są elastyczne.

Z upoważnienia DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Z-ca Dyrektora Ekonomicznego - Główny Księgowy
mgr Ewa MOŁEK