

Katowice, dnia 24.05.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników - II**.
Nr sprawy: ZP – 17 – 028 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Dotyczy SIWZ rozdz. XV. 1) i § 5 Umowy (Załącznik nr 18 do SIWZ)

Prosimy o doprecyzowanie czy zapis dotyczący wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% **ceny całkowitej** podanej w ofercie dotyczy ceny netto czy brutto? **Odp. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie – pierwsza część zdania Art. 150 ust. 1 ustawy Pzp.**

Pytanie 2) Dot. Załącznik nr 11 do SIWZ i Załącznik nr 13 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie właściwego numeru Pakietu dla Cyclosporyny i Angiotensyny RIA. Wg Załącznika nr 11 jest to Pakiet nr 11, zaś wg Załącznika nr 13 jest to Pakiet nr 10. **Odp. Odczynniki izotopowe „Zestaw do oznaczania Cyclosporyny RIA Immunotech” oraz „Angiotensyny I metodą RIA Immunotech” określa Załącznik Nr 11 – Pakiet Nr 11, Pakietem Nr 10 objęty jest odczynnik izotopowy „Vasopresyna RIA Direct RK-VPD”. Zamawiający załącza skorygowany Załącznik Nr 13.**

Pytanie 3) Dot. § 1.6 Umowy (Załącznik nr 18 do SIWZ) – dotyczy Pakietu 10, 11

Wnioskujemy o zmianę zapisów Umowy § 1.6 dla Pakietu 10,11 jak niżej:

„W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany go na wolny od wad z najbliższego świeżego znakowania.”? **Odp. Tak, dla Pakietów Nr 10 i Nr 11 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wymiany przedmiotu zamówienia dostarczonego z wadami i nadaje mu następujące brzmienie: „W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany go na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty najbliższego świeżego znakowania, na własny koszt. W przypadku dostarczenia odczynników niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru opakowań po tych odczynnikach”**

Dotyczy Pakietów Nr 1 i Nr 8

Pytanie 4) Dotyczy rozdziału II SIWZ, ustęp 7, podpunkt a.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie produktów wymienionych w pakiecie 1, pozycja 2 oraz pakiecie 8 pozycja 1 terminem ważności minimum 4 miesiące.

Produkty te charakteryzuje b. krótki termin ważności, krótszy niż wymaga Zamawiający? **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 5) Dotyczy rozdziału VI SIWZ, ustęp 10, podpunkt b

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim (na nośniku elektronicznym np. płyta CD), a w przypadku braku produktu niebezpiecznego pisemne oświadczenie, że odczynnik nie zawiera produktu niebezpiecznego - dotyczy wszystkich Pakietów.

Karty charakterystyki produktów będących przedmiotem postępowania są dostępne na stronie internetowej producenta. Czy Zamawiający uzna za wystarczające zapewnienie dostępu do wyżej wymienionych dokumentów za pośrednictwem strony internetowej przy dodatkowym zapewnieniu, iż każdorazowo na życzenie Zamawiającego Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty w formie elektronicznej lub drukowanej? **Odp. Nie, Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 6) Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 2 – pakiety 1 i 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień bezpośrednio na platformie internetowej Wykonawcy.”

Realizacja zamówień na stronie internetowej daje możliwość składania ich 24h/7dni w tygodniu. Zamawiający zyskuje dostęp bezpośredni do badania statusu zamówienia? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.**

Pytanie 7) Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 6 – pakiety 1 i 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 7 dni do 21 dni dla produktów z wyżej wymienionych pakietów?

1) Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze odczynniki magazynowane oraz produkowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji? **Odp. Tak, dla Pakietów Nr 1 i Nr 8 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wymiany przedmiotu zamówienia dostarczonego z wadami w terminie do 21 dni kalendarzowych i nadaje mu następujące brzmienie: „W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany go na wolny od wad w terminie do 21 dni kalendarzowych, na własny koszt. W przypadku dostarczenia odczynników niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru opakowań po tych odczynnikach”**

Pytanie 8) Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 9 – pakiety 1 i 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.” Przekazywanie faktur drogą e-mailową usprawni proces przekazywania faktur? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.**

Pytanie 9) Dotyczy wzoru umowy, § 1, ustęp 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z „ do 60 dni” na „do 30 dni”? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.**

Pytanie 10) Dotyczy wzoru umowy, § 3 ustęp1 – pakiety 1 i 8.

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia.

Kary nie mogą być nadmierne bo ich rola nie jest każąca, ale powinny mieć na celu kompensację szkód wyrządzonych ewentualnie zamawiającemu. Nie mogą one naruszać zasad uczciwej konkurencji i równości na linii zamawiający – wykonawcy. Zamawiającemu przysługują odsetki karne w wysokości 1%, podczas gdy Wykonawca może dochodzić swoich roszczeń jedynie na poziomie odsetek ustawowych. Wnosimy o zmianę powyższego zapisu z uwagi na fakt, iż Zamawiający w projekcie umowy zawarł zapisy które są konieczne dla oceny ryzyka związanego z przystąpieniem do niniejszego postępowania (wpływają istotnie na cenę oferty!) oraz w związku, z tym, że obecnie naruszają one zasadę uczciwej konkurencji i winny ulec zmianie, gdyż wynikowo całe postępowanie obciążone jest wadą istotną.? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.**

Pytanie 11) Dotyczy wzoru umowy, § 3 ustęp 4 – pakiety 1 i 8.

Prosimy o wydłużenie terminu po jakim będą Państwo uprawnieni do zakupu interwencyjnego do 14 dni roboczych? **Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.**

Pytanie 12) Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z odczynnikami oferował wsparcie techniczne w języku polskim oraz na terenie Polski? Odp. Jeśli wsparcie techniczne jest równoważne ze wsparciem serwisowym, Zamawiający wymaga wsparcia technicznego w języku polskim na terenie Polski.

Pytanie 13) Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem inżynierów serwisowych certyfikowanych przez Producenta, potrafiących usunąć usterkę w momencie nieprawidłowego zastosowania odczynnika? Odp. Tak.

Pytanie 14) Czy Zamawiający wymaga dostępu przez stronę internetową (on-line), jak również za pośrednictwem linii telefonicznej (00) do wsparcia technicznego, który będzie w stanie udzielić informacji w ciągu 48 godzin? Odp. Tak.

Pytanie 15) Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego, Załącznik nr 1, Pakiet nr 1, pozycja nr 3 oraz 5:

Ze względu na fakt, że wyspecyfikowany w pozycji nr 5 zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 10 loci STR i locus Amelogeniny jest w trakcie wycofywania z produkcji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- **pozycja nr 5** – dostarczenie zestawu umożliwiającego identyfikację loci: D2S1338, D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, FGA, TH01, vWA, Amelogenin oraz dodatkowo: (D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656 & D12S391 (1 opakowanie 200 reakcji)

- **pozycja nr 3** – zastąpienie standardu wielkości GeneScan 500 ROX, standardem kompatybilnym: GeneScan™ 500 LIZ™ dye Size Standard lub GeneScan™ 600 LIZ® dye Size Standard v2.0 (Prośba o wskazanie rozwiązania preferowanego). **Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zestawu umożliwiającego identyfikację loci: D2S1338, D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, FGA, TH01, vWA, Amelogenin oraz dodatkowo: (D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656 & D12S391 (1 opakowanie 200 reakcji) a także zastosowanie standardu kompatybilnego, który będzie odpowiedni do aparatu 3130 oraz 3500. Ponadto zastosowanie nowej sondy wymaga wgrania aplikacji na obydwu aparatach 3130 i 3500, która umożliwi analizę wszystkich loci (w tym dodatkowych). Zamawiający oczekuje wsparcia technicznego i merytorycznego w tej kwestii ze strony Wykonawcy.**

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*

ZP-17-028 UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Załącznik nr 13

Miejscowość dnia2017r.

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy
Siedziba
REGON NIP
Tel. Fax
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym
Tel e-mail
Osoba upoważniona do podpisania umowy :
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej.

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

Cena bez podatku VATzł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

JAKOŚĆ:

1) „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”: **TAK / NIE ***

1) Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy : **TAK / NIE ***

PAKIET Nr 2

Cena bez podatku VATzł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

JAKOŚĆ:

1) „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”: **TAK / NIE ***

ZP-17-028 UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

2) Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy : TAK / NIE *

PAKIET Nr 3

Cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

JAKOŚĆ:

1) „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”: TAK / NIE *

3) Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy : TAK / NIE *

PAKIET Nr 4

Cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Jakość:miesiący terminu deklarowanego przez producenta

Termin dostawy odczynników dni kalendarzowych*

PAKIET Nr 5

Cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

JAKOŚĆ:

1) „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”: TAK / NIE *

4) Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy : TAK / NIE *

PAKIET Nr 6

Cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

JAKOŚĆ:

1) „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”: TAK / NIE *

ZP-17-028 UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

5) Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy : TAK / NIE *

PAKIET Nr 7

Cena bez podatku VATzł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

JAKOŚĆ: Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez cały okres trwania umowy: TAK / NIE *

Termin dostawy odczynników dni kalendarzowych

PAKIET Nr 8

Cena bez podatku VATzł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

JAKOŚĆ:

1) „Autoryzacja producenta oferowanych odczynników potwierdzających ich oryginalność”: TAK / NIE *

6) Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez okres trwania umowy : TAK / NIE *

PAKIET Nr 9

Cena bez podatku VATzł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Jakość:miesiący terminu deklarowanego przez producenta

Termin dostawy odczynników dni kalendarzowych*

PAKIET Nr 10

Cena bez podatku VATzł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

JAKOŚĆ:

1) **Metodyka wykonywania badań** :

– Dwie kontrole: TAK / NIE*

– Możliwość wykonania w więcej niż w jednym nastawieniu: TAK / NIE*

ZP-17-028 UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

- Gotowa krzywa wzorcowa (tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania): **TAK / NIE***
- Metodyka bez ekstrakcji: **TAK / NIE***

2) Dokładność precyzja i czułość metody:

- Dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania, zmienności testu między próbkami wynosi maksymalnie 20 % : **TAK / NIE***
- Precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrz zestawu i między zestawami: **TAK / NIE***
- Czułość metody dla Wazopresyny 0,75 pg/ml: **TAK / NIE***
- Termin ważności 8 tygodni i powyżej: **TAK / NIE***

PAKIET Nr 11

Cena bez podatku VATzł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

JAKOŚĆ:

2) **Metodyka wykonywania badań :**

- Dwie kontrole: **TAK / NIE***
- Możliwość wykonania w więcej niż w jednym nastawieniu: **TAK / NIE***
- Gotowa krzywa wzorcowa (tzn. bez konieczności dodatkowego przygotowania): **TAK / NIE***
- Metodyka bez ekstrakcji: **TAK / NIE***

2) **Dokładność precyzja i czułość metody:**

- Dokładność metody sprawdzona przy pomocy testu odzyskania, zmienności testu między próbkami wynosi maksymalnie 20 % : **TAK / NIE***
- Precyzja wyznaczona ze zmienności wewnątrz zestawu i między zestawami: **TAK / NIE***
- Czułość metody dla Angiotensyny 0,1 ng/ml i dla Cyklosporyny 5 ng/ml: **TAK / NIE***
- Termin ważności 8 tygodni i powyżej: **TAK / NIE***

PAKIET Nr 12

Cena bez podatku VATzł

podatek VAT%zł

Cena z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Jakość:miesiący terminu deklarowanego przez producenta

Termin dostawy odczynników dni kalendarzowych*

- 1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

ZP-17-028 UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

- 2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 18 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty.
- 6) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

_____ dnia __ __ 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

** niepotrzebne skreślić , należy zostawić właściwą odpowiedź*