

Katowice, dnia 01.12.2017r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni.  
Nr sprawy: ZP -17-128BN.**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:

**Dotyczy Pakietu nr 2**

**Pytanie 1**

Czy zamawiający wymaga aby opakowanie przeciwpłytkowe były wyrobem medycznym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 2**

Czy zamawiający wymaga aby oznaczenia na opakowaniach przeciwpłytkowych opisane były w języku polskim?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

**Pytanie 1 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za wyłączenie do osobnego pakietu poz. 1 i 2, co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej?

Pozostawienie pakietu w niezmienionej postaci umożliwi złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy, co będzie w sprzeczności z treścią art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie poz. 1 i poz. 2 i dokonuje stosownej korekty SIWZ w tym zakresie.**

**Pytanie 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie papieru krepowanego w kombinacji kolorystycznej biało – zielonej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający jednocześnie informuje, iż podtrzymuje zapis w zakresie kryterium Jakość dot. kolorystyki.**

**Dotyczy Projektu umowy**

**Pytanie 1**

Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

**Odp.: Zamawiający określił potrzeby na podstawie dotychczasowego zużycia i prognozuje zakup 100%, ale nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**



**Pytanie 3**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający zgadza się aby § 4 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

- Rozdział I pkt. 1 - zmiana nazwy Pakietu nr 1, dodanie Pakietu nr 1 A – Bariera sterylna wzmocniona;
- Rozdział XIII - Kryteria oceny dla Pakietów nr 1, 1A w zakresie **kryterium Jakość**

**KRYTERIA OCENY – Pakiet nr 1**

Cena - 60 %

Jakość - 40%

1. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

$$P_c = (C_{\min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\% \text{ gdzie:}$$

$C_{\min}$  - cena najniższa spośród ocenianych ofert

$C_{bo}$  - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

$P_c$  - liczba punktów za cenę

2. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za jakość:

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ. Dodatkowe punkty za n/w parametr zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu OFERTA stanowiącego Załącznik nr 2 oraz na podstawie dostarczonych próbek.

Dla pozycji nr 1 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Kombinacja kolorystyki biało - niebieska” wg poniższej punktacji:

- TAK – 20 punktów
- Inny kolor – 0 punktów

Dla pozycji nr 2 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Kolor włókniny niebieski” wg poniższej punktacji:

- TAK – 10 punktów
- Inny kolor – 0 punktów

**KRYTERIA OCENY – Pakiet nr 1A**

Cena - 60 %

Jakość - 40%

1. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

$$P_c = (C_{\min} / C_{bo}) \times 100 \times 60\% \text{ gdzie:}$$

$C_{\min}$  - cena najniższa spośród ocenianych ofert

$C_{bo}$  - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

$P_c$  - liczba punktów za cenę

2. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za jakość:

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych wymagań określonych w SIWZ. Dodatkowe punkty za n/w parametr zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu OFERTA stanowiącego Załącznik nr 2 oraz na podstawie dostarczonych próbek.

Dla pozycji nr 1 Zamawiający przydzieli punkty za kryterium „Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na inny kolor” wg poniższej punktacji:

**ZP-17-128BN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

- TAK – 10 punktów
- NIE – 0 punktów

Uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru:

$$PJ = (J_{bo} / J_{max}) \times 100 \times 40\% \text{ gdzie:}$$

J max - największa ilość punktów za parametr dodatkowo punktowany spośród ocenianych ofert

J bo - ilość punktów przyznana badanej ofercie

100 - stały współczynnik

PJ - liczba punktów za parametr jakość

- dołączenia do SIWZ skorygowanych Załączników nr 1 oraz 1A (Formularzy asortymentowo - cenowych).
- korekta Załącznika nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. Termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ upływa 01.12.2017 r.

**Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień**

**07.12.2017 r. godz.: 09:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 09:30**

PROWADZĄCA KASJERKA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  
im. Andrzeja Mielęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
Z-ca Dyr ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa MOŁEK

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet nr 1 – Bariera sterylna - papier krepowany, włóknina

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [kol. 8 * kol. 9]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [kol. 11 + kol. 12]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Papier krepowany pakowany naprzemiennie, papiery o gramaturze min. 60g/m <sup>2</sup> . System składający się z dwóch arkuszy naprzemiennie pakowanego miękkiego papieru krepowanego wykonanego w 100% z celulozy i druga warstwa papieru wykonanego z celulozy wzmocnionej włóknami syntetycznymi. Szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów wynosi 99,9%. Możliwość stosowania do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu. Przeznaczony jest do pakowania małych i średnich zestawów, pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych. <b>Maksymalna wielkość opakowania:</b> dla poz. a: 500 szt dla poz. b: 250 szt dla poz. c: 250 szt										
a	60x60 cm			3.000 szt							
b	100x100 cm			15.000 szt							
c	75x75 cm			10.000 szt							
2	Włóknina, jednorazowa bariera sterylna, nieszeleszcząca, antystatyczna, niepyląca o wysokiej wytrzymałości na przesiąkanie wody oraz płynów niskonapięciowych w tym alkoholi, o gramaturze min. 59g/m <sup>2</sup> , wykonana z celulozy bez zastosowania chloru, o powłoce syntetycznej na powierzchni materiału, o dużej wytrzymałości na przetarcia i przekłucia, o stabilności wymiarowej w stanie suchym jak i mokrym, w rozmiarze, zgodna z ISO 11607-1:2006, EN 868, Dyrektywą 93/42/EEC, EN ISO 9001. <b>Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.</b> Na produkcie umieszczony: <b>numer serii odpowiadający numerowi na opakowaniu zbiorczym i dacie produkcji.</b> <b>Maksymalna wielkość opakowania: 250 szt.</b>										
a	75 x 75 cm			6250 szt.							
								<b>Razem:</b>			

Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dotarcia do oferty:

- dla pozycji nr 1a, 1b i 1c - po 2 arkusze

- dla poz. 2a - po 2 arkusze

Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

OK

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## Pakiet nr 1 A – Bariery sterylna wzmocniona

Lp.	Asortyment - parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Stawka podatku VAT [%]	Wartość netto [kol. 8 * kol. 9]	Wartość podatku VAT [zł]	Wartość brutto [kol. 11 + kol. 12]
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bariera sterylna wzmocniona w postaci rękawa. System bariery sterylnej jest zgodny z EN ISO 11607-1 i EN 868-5. - z zastosowaną warstwą poliolefinu odporne na perforację; - bezpieczne opakowanie materiałów sterylnych głównie ciężkich zestawów, ostrych narzędzi; - warstwy bariery połączone minimum 3-kanalowym zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość wynosi 6 Nm. - laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze min. 93g/m <sup>2</sup> ; - całkowicie wyeliminowane ryzyko pylenia; - o wysokiej porowatości pozwalającej na dobrą penetrację środka sterylizującego i usprawnia proces suszenia; - nadruk wskaźników chemicznych sterylizacji parą wodną oraz tlenku etylenu typu 1; - zalecana temperatura zgrzewu 130-150°C - bariera posiadająca certyfikaty niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną.										
a	320mm x 70 m			30 szt	1 szt.	1 szt.					
b	380mm x 70 m			30 szt	1 szt.	1 szt.					
c	420mm x 70 m			50 szt	1 szt.	1 szt.					
d	470mm x 70m			40 szt	1 szt.	1 szt.					
e	520mm x 70 m			40 szt	1 szt.	1 szt.					
f	580mm x 70m			15 szt	1 szt.	1 szt.					

Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty:

- dla poz. 1d, 1e i 1f - po 1 metrze

Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Miejscowość ..... dnia .....2017r.

.....  
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA  
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO  
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy .....

Siedziba .....

REGON: ..... NIP: .....

Tel: ..... Fax: .....

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym :  
.....

Tel: ..... e-mail: .....

Osoba upoważniona do podpisania umowy:  
.....

*Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej*  
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

**Pakiet nr 1 - Bariera sterylna – papier krepowany, włóknina**

Cena bez podatku VAT .....zł

podatek VAT .....% .....zł

**Cena z podatkiem VAT** .....zł

Słownie: .....zł

**JAKOŚĆ\***

Poz. 1 - Papier krepowany Kombinacja kolorystyczna biało – niebieska	<b>NIE / TAK **</b>
Poz. 2 - Włóknina, jednorazowa bariera sterylna Kolor włókniny niebieski	<b>NIE / TAK **</b>

**\*\* nie właściwe skreślić**

\*kryterium ocenne

**Pakiet nr 1A - Bariera sterylna wzmocniona**

Cena bez podatku VAT .....zł

podatek VAT .....% .....zł

**Cena z podatkiem VAT** .....zł

Słownie: .....zł

**JAKOŚĆ\***

Poz. 1 - Bariera sterylna wzmocniona w postaci rękawa Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na inny kolor	<b>NIE / TAK **</b>
--	---------------------

**\*\* nie właściwe skreślić**

\*kryterium ocenne

**Pakiet nr 2 - Opakowania przeciwpyłowe**

Cena bez podatku VAT.....zł  
podatek VAT .....% .....zł  
**Cena z podatkiem VAT** .....zł  
Słownie: .....zł

**JAKOŚĆ\***

Pasek warstwy kleju o szerokości większej niż 10 mm	<b>NIE / TAK **</b>
---	---------------------

\*\* nie właściwe skreślić

\*kryterium ocenne

- 1) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 2) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 3) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od \_\_\_ do \_\_\_ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 5) Ofertę niniejszą składam na \_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
- 6) WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ 2017 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

\* niepotrzebne skreślić , należy zostawić właściwą odpowiedź