

**ZP-18-045UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 15.05.2018 r.

**KOREKTA WYJAŚNIENÍ DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zużywalnego sprzętu laboratoryjnego - II.  
**Nr sprawy:** ZP-18-045UN

W związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 6 poz. 2 dotyczącej średnicy porów Zamawiający dokonuje korekty Załącznika nr 6 do SIWZ, a tym samym koryguje treść udzielonej odpowiedzi w Pytaniu nr 6 z dnia 11.05.2018 r. w następujący sposób:

**Pyt. 6 Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz 2 filtrów o średnicy porów 30 µm zamiast 35 µl? Oryginalne filtry oferowane przez producenta, odpowiadające wymogom Zamawiającego, cechują się w/w średnicą porów.

**Było**

**Odp.:** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Pytaniu 5.

**Powinno być:**

**Odp.:** Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w opisie przedmiotu zamówienia i koryguje treść Załącznika nr 6 do SIWZ.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Molek*

**ZP-18-045UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

**ZAŁĄCZNIK Nr 6****FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY****Pakiet nr 6 – Asortyment zużywalny do aparatu FACS ARIA II i aparatu LWA BD**

| Lp. | Asortyment – parametry wymagane  | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość               |       |                         |
|-----|--|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------|
|     |  |           |               |                       |                               |                          |                                | Netto [kol. 7*kol. 8] | VAT % | Brutto [kol. 9*kol. 10] |
| 1   | 2  | 3         | 4             | 5                     | 6                             | 7                        | 8                              | 9                     | 10    | 11                      |
| 1   | Filtr Cup - Filcon, średnica porów 50 µm, sterylne<br>Wymagana wielkość opakowania<br>ilość sztuk: 50-100                      |           |               | 100                   | ..... szt.                    |                          |                                |                       |       |                         |
| 2   | Filtr Cup - Filcon, średnica porów 30 µm, sterylne<br>Wymagana wielkość opakowania<br>ilość sztuk: 50-100                      |           |               | 100                   | ..... szt.                    |                          |                                |                       |       |                         |
| 3   | Filtr powietrzny do drzwiczek z przodu do komory sortowania, do FACS ARIA II<br>Wymagana wielkość opakowania<br>ilość sztuk: 1 |           |               | 1                     | 1 szt.                        |                          |                                |                       |       |                         |
| 4   | Filtr Ulpa BD aerosol Management Option do FACS ARIA II<br>Wymagana wielkość opakowania<br>ilość sztuk: 1                      |           |               | 1                     | 1 szt.                        |                          |                                |                       |       |                         |
| 5   | Filtr wentylatora do LWA<br>Wymagana wielkość opakowania<br>ilość sztuk: 1-10  |           |               | 30                    | ..... szt.                    |                          |                                |                       |       |                         |
| 6   | BAL SEAL LWA<br>Wymagana wielkość opakowania<br>ilość sztuk: 1-5   |           |               | 5                     | ..... szt.                    |                          |                                |                       |       |                         |
| 7   | Korek do pojemnika ze zlewkami do LWA<br>Wymagana wielkość opakowania  |           |               | 30                    | ..... szt.                    |                          |                                |                       |       |                         |

**ZP-18-045UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ilość sztuk: 5-10      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>WARTOŚĆ OGÓŁEM:</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA:**

- 1) *W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda Kart katalogowych / technicznych dla wszystkich pozycji w języku polskim.*
- 2) *Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.*

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)