

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 11.05.2018 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zużywalnego sprzętu laboratoryjnego - II.

Nr sprawy: ZP-18-045UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 3 punkty: 1, 2, 3

Prosimy o wydzielenie powyższych punktów w pakietach. Jako producent spełniamy wszystkie wymagania dotyczące OPZ, jak również gwarantujemy korzystną cenę oraz bezpośrednie dostawy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej korekty w tym zakresie. Z pozycji 1÷3 zostaje utworzony Pakietu 3, natomiast z pozostałych pozycji tj. 4÷12 zostaje utworzony Pakietu 3A.

Pyt. 2 Pakiet nr 4 punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Prosimy o wydzielenie powyższych punktów w pakietach. Jako producent spełniamy wszystkie wymagania dotyczące OPZ, jak również gwarantujemy korzystną cenę oraz bezpośrednie dostawy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej korekty w tym zakresie. Z pozycji 1÷6 zostaje utworzony Pakietu 4, natomiast z pozostałych pozycji tj. 7÷9 zostaje utworzony Pakietu 4A.

Pyt. 3 Pakiet nr 3, Pakiet nr 4

Prosimy o przedłużenie terminu dostawy z 5 dni roboczych do 7 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostaw dla Pakietu nr 3 oraz Pakietu nr 4 do 7 dni roboczych.

Pyt. 4 Pakiet nr 6

Czy z uwagi na charakter asortymentu - części zużywalne do aparatu FACS ARIA II i aparatu LWA BD, Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia certyfikatów CE. oraz wyrazi zgodę na przesłanie kart katalogowych w języku angielskim? Wykonawca zamierza zaoferować oryginalne materiały producenta aparatu, dedykowane do w/w sprzętu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wymaga przedłożenia certyfikatów CE w zakresie Pakietu nr 6. Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie kart katalogowych w języku angielskim.

Pyt. 5 Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz 1 filtrów o średnicy porów 50 µm zamiast 50 µl? Oryginalne filtry oferowane przez producenta, odpowiadające wymogom Zamawiającego, cechują się w/w średnicą porów.

Odp.: Zamawiający koryguje Załącznik nr 6 w zakresie jednostki miary.

Pyt. 6 Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz 2 filtrów o średnicy porów 30 µm zamiast 35 µl? Oryginalne filtry oferowane przez producenta, odpowiadające wymogom Zamawiającego, cechują się w/w średnicą porów.

Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Pytaniu 5.

Pyt. 7 Pakiet nr 5 pozycji 3

Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 3 wymaga produktu o wymiarach 17x120, wytrzymałość temperaturowa -80 °C, Wytrzymałość do prędkości wirowania 12000 RCF, bez dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 8 Pakiet nr 5 pozycji 4

Czy Zamawiający w pakiecie 5 w pozycji 4 wymaga produktu o wymiarach 30x115, wytrzymałość temperaturowa -80 °C, Wytrzymałość do prędkości wirowania 16000 RCF, pakowanego po 25 sztuk, bez dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych?

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 9 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści produkty nie posiadające certyfikatu CE, posiadające zaś certyfikat cGMP oraz ISO 9001?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania przez oferowany przedmiot zamówienia certyfikat cGMP oraz ISO 9001.

Pyt. 10 Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny szczotkę, spełniającą wymagania SIWZ, o rozmiarach: długość szczotki 260 cm, szerokość szczotki (średnica włosa) 5mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 12

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odp.: Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu zgodnie z realnymi potrzebami w związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje przekazywania harmonogramu zamówień Wykonawcy.

Pyt. 13

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp.: Zamawiający określił potrzeby na podstawie dotychczasowego zużycia i prognozuje zakup 100%, ale nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości.

Pyt. 14

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 15 Pakiet 2, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie szkielek, w których proporcja odbicia normalnego drugiej lustrzanej powierzchni przy kącie padania światła 30°= 95,3% spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 16

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 17 *Dotyczy wzoru umowy*

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 18 *Dotyczy wzoru umowy*

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 19 *Dotyczy wzoru umowy*

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 20 *Dotyczy wzoru umowy § 1*

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy o poniższy pkt:

„W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania, z uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez Wykonawcę w tym czasie, za wyjątkiem przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy....”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

- Rozdział I pkt 6, otrzymuje brzmienie:
Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment posiadał zgłoszenie lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie – **dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje nr 1-6 a-b; Pakietu nr 2 wszystkich pozycji; Pakietu nr 3A pozycji nr 1-7; Pakietu nr 4 A pozycja nr 1.**
- Rozdział III pkt 1, otrzymuje brzmienie:
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach:
 - a) dla Pakietów nr 1 ÷ 2 oraz 6 ÷ 7 - do 5 dni roboczych,
 - b) dla Pakietów nr 3 ÷ 4 - do 7 dni roboczych,
 - c) dla Pakietu nr 5 - do 8 dni roboczych,
 - d) dla Pakietu nr 8 - do 3 dni roboczych.

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

- Zamawiający koryguje treść Rozdział III pkt 3, w następujący sposób:
Jest:
Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 12.00 do godz. 14.00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Powinno być:

Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 08:00 do godz. 14:00. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zamawiający koryguje treść projektu umowy, w następujący sposób:

§ 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „

„Umowa zawarta jest na okres miesięcy od dnia jej podpisania tj. od dnia do dnia”

§ 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do Magazynu Medycznego Pozaaptecznego w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego drogą listową bądź faksową, szczegółowo określających ilości towaru

- Rozdział VI pkt 3a, otrzymuje brzmienie:
Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane preparaty sklasyfikowane są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami):
 - Dotyczy Pakietu nr 1 dla pozycji Nr 1-6 a-b,
 - Dotyczy Pakietu nr 2 dla wszystkich pozycji,
 - Dotyczy Pakietu nr 3A dla pozycji 1 – 7,
 - Dotyczy Pakietu nr 4A dla pozycji nr 1
- W związku z utworzeniem pakietu 3A oraz Pakietu 4A Zamawiający koryguje treść Rozdział IX pkt 1, w zakresie wymaganego wadium w następujący sposób:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie PLN:

Pakiet nr 1	930,00
Pakiet nr 2	480,00
Pakiet nr 3	1.380,00
Pakiet nr 3A	670,00
Pakiet nr 4	1.700,00
Pakiet nr 4A	130,00
Pakiet nr 5	1.070,00
Pakiet nr 6	450,00
Pakiet nr 7	80,00
Pakiet nr 8	70,00

- Zamawiający doprecyzowuje treść Załącznika nr 2, 3, 3A, 4, 5, 6, oraz 9 do SIWZ, korekty załączników zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Dyrektor SPSKM
dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

ZAŁĄCZNIK Nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 – Szklany asortyment do badań laboratoryjnych

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość		
								Netto [kol. 7*kol. 8]	VAT %	Brutto [kol. 9*kol. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkietka podstawowe nieszlifowane o wym. 76x26 mm Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 20-100			100 000 szt.					
2.	Szkietka podstawowe z matowym brzegiem 76x26 mm Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 20-100			50 000 szt.					
3	Szkietka podstawowe z mrożonym brzegiem o wymiarach 76x26, gotowe do użycia, bez napisów na szkietku, dopuszczone do stosowania do aparatu do przygotowywania próbek cytogenetycznych. Brzeg pod kątem 90°, szlifowany. Całkowite odbicie światła (M=2), proporcja odbicia normalnego drugiej lustrzanej powierzchni przy kącie padania światła 30°= 91,5%. Współczynnik załamania = 546,07; nm = 1,5171. Gęstość = 2,479, hydrolytyczna klasa 3. Skład chemiczny: SiO ₂ - 72,20%; MgO- 4,30%; Na ₂ O-14,30%; Al ₂ O ₃ - 1,20%; K ₂ O-1,20%; Fe ₂ O ₃ -0,03%;			20 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

	CaO-6,40%; SO3-0,30%. Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 20-100									
4	Szkiełka nakrywkowe 16x16 Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 100-500			4 000 szt.					
5	Szkiełka nakrywkowe 20x20 Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 100-500			7 000 szt.					
6	Szkiełka nakrywkowe 24x24 Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 100-500			56 000 szt.					
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

1) *W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek:*

a) dla pozycji nr 3 – 5 sztuk,

b) dla pozycji nr 4 – 6 po 2 sztuki.

2) *Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane preparaty sklasyfikowane są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – dotyczy wszystkich pozycji,*

3) *Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim ,*

4) *Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.*

_____ dnia _____ 2018 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

ZAŁĄCZNIK Nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 – Końcówki do pipet, probówki

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość		
								Netto [kol. 7*kol. 8]	VAT %	Brutto [kol. 9*kol. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Końcówki do pipet żółte, 2 - 200 µl - opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie, dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 min.) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Dł końcówek 53 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 2 worki po 500 końcówek (1000 szt). Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. Wymagana wielkość opakowania</p>			180 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

	ilość sztuk: 500-1000									
2.	<p>Końcówki do pipet niebieskie 50 - 1000 µl - opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie, dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 min.) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Dł końcówek 71 mm. Pakowane w workach umożliwiającym powtórne zamknięcie; 2 worki po 500 końcówek (1000 szt). Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000</p>			104 000 szt.					
3	<p>Końcówki 100 - 5000 µl - opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie, dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie</p>			10 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

(121°C, 20 min.) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Dł końcówek 120 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 5 torebek po 100 końcówek (500 szt). Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000										
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

- 1) *W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek:*
 - a) *z pozycji nr 1-3 – po 5 sztuk,*
- 2) *Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim.*
- 3) *Certyfikat na potwierdzenie spełnienia wymaganej normy dla pozycji nr 1 – 3 w języku polskim lub angielskim,*
- 4) **Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

_____ dnia _____ 2018 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

ZAŁĄCZNIK Nr 3A

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 A - Pipety, probówki, koreczki

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość		
								Netto [kol. 7*kol. 8]	VAT %	Brutto [kol. 9*kol. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pipety Pasteura, niesterylne, z tworzywa PE o poj. 3 ml, z podziałką Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 200-1000			103 000 szt.					
2	Probówki wirówkowe, przezroczyste, plastikowe z PP, okrągłodenne o poj. 10 ml, 16x100 mm, bez obrzeża Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000			25 000 szt.					
3	Probówki wirówkowe, przezroczyste, plastikowe z PP, okrągłodenne o poj. 10 ml, 16x100 mm, z obrzeżem Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000			25 000 szt.					
4	Probówki wirówkowe przezroczyste, plastikowe z PS, okrągłodenne o poj. 10 ml, 16x100 mm Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 200-1000			9 000 szt.					
5	Probówki okrągłodenne z tworzywa PS o poj. 7 ml, 12x75 mm, bez obrzeża Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000			15 000 szt.					
6	Koreczki PP lub PE, karbowane do probówek wirówkowych, plastikowych, okrągłodennych o poj. 10 ml i średnicy 16 mm Wymagana wielkość opakowania			35 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

	ilość sztuk: 100-500									
7	Koreczki PP lub PE kompatybilne z probówkami z poz. 8 Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000			20 000 szt.					
8	Koreczki bakteriologiczne z PP, autoklawowalne do 121°C, nakładane, do probówek o średnicy 16 mm			1 000	100 szt.					
9	Bibuła filtracyjna o średniej grubości, ilościowa, o średnicy 185 mm Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 50-200			1 200 szt.					
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

- 2) *W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek:*
 - a) *z pozycji nr 2-5 – po 2 sztuki,*
 - b) *z pozycji nr 8 – 2 sztuki,*
- 2) *Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane preparaty sklasyfikowane są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – dotyczy pozycji nr 2 – 7,*
- 5) *Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim.*
- 6) *Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.*

_____ dnia _____ 2018 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

ZAŁĄCZNIK Nr 4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4 – Probówki i końcówki

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość		
								Netto [kol. 7*kol. 8]	VAT %	Brutto [kol. 9*kol. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 0,2 ml, do reakcji PCR z indywidualnym zamknięciem dla każdej probówki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki oraz na zewnętrznej powierzchni korka, umożliwiającą łatwe podpisywanie probówek. Korek zawieszony na zawiasie umożliwia określoną pozycję wieczka. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie oraz zabezpieczenie przed kontaminacją. Łatwe otwarcie probówek. Do stosowania we wszystkich typowych termocyklerach z formatem bloku 0,2 ml. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP, bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - poświadczony certyfikatem. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu dla każdej partii. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNaz oraz RNAz -</p>			15 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

	wymagane poświadczenie certyfikatem. Niepirogenne. Bezbarwne. Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000									
2	Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 0,5 ml , z indywidualnym zamknięciem. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,1; 0,25 i 0,5 ml, umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenie mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - poświadczone certyfikatem. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność Safe Lock lub równoważny. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego			12 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

	DNA, DNAz oraz RNAz - wymagane poświadczenie certyfikatem. Bezbarwne. Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000									
3	Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 1,5 ml do reakcji PCR. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5; 1,0 i 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiające łatwe podpisywanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenie mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - poświadczone certyfikatem. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku (121°C, 20 min.). Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz - wymagane poświadczenie certyfikatem. Bezbarwne.			22 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

	Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000									
4	Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,1 - 20 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 40 mm; pakowane w workach umożliwiającym powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek(1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000			54 000 szt.					
5	Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,5 - 20 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność;			70 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

	<p>wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 46 mm; pakowane w workach umożliwiającym powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek (1000 szt); Kościółki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000</p>									
6	<p>Kościółki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,1 - 10 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 34 mm; pakowane w workach umożliwiającym powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki</p>			10 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

po 500 końcówek(1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 500-1000										
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

- 1) *W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek:*
 - a) *z pozycji nr 1 – 3 po 3 sztuki,*
 - b) *z pozycji nr 4 – 6 po 5 sztuk,*
- 3) *Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim.*
- 4) *Certyfikat na potwierdzenie spełnienia wymaganej normy EN ISO 8655 dla pozycji nr 4 – 6 w języku polskim lub angielskim,*
- 5) *Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaofertowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.*

_____ dnia _____ 2018 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

ZAŁĄCZNIK Nr 4A

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4A – Probówki i końcówki

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana wielkość opakowania - sztuk	Oferowana ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość		
								Netto [kol. 7*kol. 8]	VAT %	Brutto [kol. 9*kol. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Probówki do osocza typu Vacutainer, z nakretką; poj. min 6 ml max 7 ml z heparyną sodową Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 50-200			600 szt.					
2	Naczynka do barwienia ze szkła wapniowo - sodowego; 76x26 mm z przykryciem Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 1-5			5 szt.					
3	Naczynka do barwienia z tworzywa PMP, 76x26 mm z przykryciem Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 1-4			4 szt.					
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

- 1) *Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane preparaty sklasyfikowane są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – dotyczy pozycji nr 1*
- 2) *Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim.*
- 3) *Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.*

_____ dnia _____ 2018 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

ZAŁĄCZNIK Nr 5**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY****Pakiet nr 5 – Probówki i butelki**

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość		
								Netto [kol. 7*kol. 8]	VAT %	Brutto [kol. 9*kol. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Probówki typu Falcone 5 ml, okrągłodenne, korek na zakrętkę, zamykanie nie pękające podczas wirowania, z polistyrenu, kompatybilne z cytometrem przepływowym FACS CANTO II Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 50-250			21 250 szt.					
2	Probówki typu Falcone 12x75 mm, poj. 5 ml z PP, okrągłodenne z korkiem, sterylne Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 25-50			650 szt.					
3	Probówki typu Falcone 15 ml, o wym. 17x121 mm. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki umożliwiające łatwe podpisywanie próbek. Płaska, lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiająca stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko			18 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

	<p>zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86°C do +100°C. Wytrzymałość do prędkości wirowania 19,500xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych - poświadczony certyfikatem. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15 ml probówek stożkowych. Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów i niezawierające DNAz, RNAz i DNA. Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i certyfikowana.</p> <p>Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 50-100</p>									
4	<p>Probówki typu Falcone 50 ml, o wym. 30x116 mm. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Płaska, lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiającą stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczającą ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86°C do +100°C. Wytrzymałość do prędkości</p>			3 000 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

	<p>wirowania 19,500xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych - poświadczony certyfikatem. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 50 ml probówek stożkowych. Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów i niezawierające DNAz, RNAz i DNA. Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i certyfikowana. Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 25-100</p>									
5	<p>Butelki do hodowli 50 ml, korek z filtrem 0,2 - 0,22 mikrona, sterylne Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 50-100</p>			5 000 szt.					
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

- 1) *W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda po 3 sztuki próbek z każdej pozycji.*
- 2) *Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim.*
- 3) *Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.*

_____ dnia _____ 2018 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

ZAŁĄCZNIK Nr 6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 6 – Asortyment zużywalny do aparatu FACS ARIA II i aparatu LWA BD

Lp.	Asortyment – parametry wymagane	Producent	Nr katalogowy	Zamawiana ilość sztuk	Oferowana wielkość opakowania	Oferowana ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość		
								Netto [kol. 7*kol. 8]	VAT %	Brutto [kol. 9*kol. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Filtr Cup - Filcon, średnica porów 50 µm, sterylne Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 50-100			100 szt.					
2	Filtr Cup - Filcon, średnica porów 35 µm, sterylne Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 50-100			100 szt.					
3	Filtr powietrzny do drzwiczek z przodu do komory sortowania, do FACS ARIA II Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 1			1	1 szt.					
4	Filtr Ulpa BD aerosol Management Option do FACS ARIA II Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 1			1	1 szt.					
5	Filtr wentylatora do LWA Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 1-10			30 szt.					
6	BAL SEAL LWA Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 1-5			5 szt.					
7	Korek do pojemnika ze zlewkami do LWA			30 szt.					

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: 5-10										
WARTOŚĆ OGÓŁEM:										

UWAGA:

- 1) *W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda Kart katalogowych / technicznych dla wszystkich pozycji w języku polskim.*
- 2) *Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaofferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.*

_____ dnia _____ 2018 roku

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZP-18-045UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Załącznik nr 9

Miejscowość dnia2018r.

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy
Siedziba
REGON NIP
Tel. Fax
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym
Tel e-mail
Osoba upoważniona do podpisania umowy :

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej.

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę zużywalnego sprzętu laboratoryjnego oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr*

Cena bez podatku VATzł
podatek VAT%zł
Cena z podatkiem VATzł
Słownie:zł

***Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.**

- 1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od nr _____ do nr _____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 14 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

_____ dnia _____ 2018 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)