

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  
**Nr sprawy :** ZP-18-049UN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

- 1) **Dotyczy SIWZ, Rozdział II) Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia, pkt. 4):**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „do 24 godzin” wyrażenia „roboczych”? Jeśli tak, to prosimy również o odpowiednią modyfikację §1 ust. 1 pkt d) projektu umowy (załącznik nr 8).  
 **Odp.: Zamawiający dokonał już zmiany w odpowiedziach z dnia 07.05.2018r.**
- 2) **Dotyczy SIWZ, Rozdział II) Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia, pkt. 5):**  
Prosimy o uzupełnienie ww. punktu SIWZ poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.  
 **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.**
- 3) **Dotyczy SIWZ, Rozdział III) Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia, pkt. 3 ppkt a):**  
Zamawiający ww. punkcie SIWZ wymaga, aby okres ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosił w momencie dostawy min. 70% terminu ważności podanego przez producenta. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na okres ważności wynoszący 50% (a zatem 6 miesięcy) na odczynniki. Jeżeli tak prosimy o modyfikację ww. punktu SIWZ poprzez zastąpienie „70%” zapisem „50%” Jeśli tak, to prosimy również o odpowiednią modyfikację §2 ust. 7 projektu umowy (załącznik nr 8).  
 **Odp.: Zamawiający wyraził już zgodę w odpowiedziach z dnia 07.05.2018r.**
- 4) **Dotyczy SIWZ, Rozdział IV) Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia, pkt. 3:**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił **30 dni** i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur **w terminie 2 tygodni**, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów. Jeśli tak, to prosimy również o odpowiednią modyfikację §2 ust. 14 oraz §3 ust. 10 projektu umowy (załącznik nr 8).  
 **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 60 – dniowy termin płatności jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – art.8 pkt.2**

**Dotyczy SIWZ, Umowa – Projekt – Załącznik nr 8:**

- 5) **§2 ust. 10:** Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie wyrażenia: „jeśli dotyczy”.  
 **Odp.: Zapis jest czytelny i Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**
- 6) **§3 ust. 7:** Prosimy o wykreślenie zapisu, a w jego miejsce dodanie: „Obowiązek ubezpieczenia dzierżawionych urządzeń leży po stronie Wykonawcy”. Rzetelny Wykonawca powinien działać w oparciu o najwyższe standardy przejmując na swój koszt ubezpieczenie wydierżawianego mienia.  
 **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**
- 7) **§4 ust. 1:** Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.  
 **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**
- 8) **§4 ust. 5:** Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”  
 **Odp.: Taki zapis jest we wzorze umowy - §4 pkt.5.**
- 9) **§5 ust. 3:** Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad

## ZP-18-049UN - dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów

45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowo termin do zabezpieczenia zapłaty.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

10) Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) **prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w tym w szczególności do:
  - a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
  - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
  - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
  - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
  - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Serwis urządzeń w czasie obowiązywania umowy może być również realizowany zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzenia obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych.

**Odp.: Zamawiający uzupełnia wzór umowy o powyższe zapisy, dodając je w §7 ust. 7 – 10.**

11) Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1B pkt 2 w związku z Załącznikiem nr 1C pkt 2:

Zamawiający w załączniku nr 1 B i 1 C do **pakietu nr 1** wymaga zaoferowania w pkt 2 analizatorów hematologicznych, które oznaczają m.in. erytrocyty RBC liczba # i odsetek %, a w załączniku 1C do pakietu nr 1 wymaga w pkt 2 zaoferowania płytek krwi PLT # i %. Ze względu na fakt, że wartość erytrocytów i płytek krwi w analizatorach podawana jest tylko w wartościach bezwzględnych jako liczba/ul, czy Zamawiający może potwierdzić, że wymóg podawania RBC i PLT w % i # jest omyłką pisarską?

**Odp.: Zamawiający potwierdza, że jest to omyłka pisarska. Zapis powinien brzmieć: „erytrocyty RBC liczba # .....”**

12) Czy Zamawiający potwierdza, że w tabeli cenowej do pakietu nr 1 wymaga zaoferowania materiałów kontrolnych na trzech poziomach tylko do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej parametrów raportowanych morfologii krwi obwodowej na danym typie analizatora hematologicznego? **Odp.: TAK, Zamawiający potwierdza zapis.**

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Motek**