

Katowice, dn. 06.06.2018r

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę suchego ładunku wodorowęglanu, linii krwi i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy**  
Nr sprawy: ZP-18-065UN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następujących odpowiedzi :

### **Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatów z płynną regulacją przepływu pompy krwi w zakresie 50-600 ml/min ( pkt.9 załącznik nr 2)

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Dyrektora SPSKM  
dr n med. Włodzimierz Dziubdziela**