

Katowice, dn. 19.06.2018r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę suchego ładunku wodorowęglanu, linii krwi i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy**
Nr sprawy: ZP-18-065UN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam następujących odpowiedzi :

1. zał. Nr 2 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 9 - Czy zamawiający pozycji nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy z regulacją przepływu krwi : 0 oraz 20 do 500ml/min?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
2. zał. Nr 2 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 7 - Czy zamawiający w pozycji 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy z regulowanym przepływem płynu dializacyjnego w zakresie od 300 do 700 ml/min w krokach co 20 ml/min ? **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**
3. zał. Nr 2 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 5- Czy zamawiający w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy z ciągłym przepływowym, elektromagnetycznym pomiarem ultrafiltracji ? **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**
4. zał. Nr 2 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 23- Czy zamawiający w pozycji 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy z automatyczną dezynfekcją drenu płynu dializacyjnego i złączy koncentratu bez automatycznej dezynfekcji ssawek? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**
5. zał. Nr 2 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 21- Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie znaczenia pozycji 21 „ Współpraca z centralnym systemem dystrybucji koncentratu kwaśnego (CDS 08 Fresenius)”? **Odp.: W Stacji Dializ Zamawiającego użytkowany jest standardowo system centralnej dystrybucji koncentratu kwaśnego Fresenius CDS typ 08 i Zamawiający oczekuje, że zaoferowany aparat będzie umożliwiał korzystanie z tj formy poboru koncentratu.**
6. zał. Nr 1 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 2- Czy Zamawiający w poz.2 zał.1 wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika do recyrkulacji zapakowanego osobno do każdego kompletu linii krwi ?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
7. zał. Nr 2 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 24- Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie znaczenia pozycji 24 „ Dezynfekcja aparatu automatyczna z identyfikacją środka dezynfekcyjnego (zabezpieczenie urządzenia w przypadku użycia niewłaściwego dezynfektantu) ?
Odp.: W przypadku użycia niewłaściwego środka dezynfekcyjnego (lub niezgodnego z wybranym programem) aparat zatrzyma realizację programu dezynfekcji alarmując przy tym obsługę.
8. zał. Nr 2 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 24- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 24 aparatu do hemodializy z możliwością programowania procedur automatycznej dezynfekcji termicznej, cytotermicznej i chemicznej bez funkcji identyfikacji środka dezynfekcyjnego ?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Motek**