

Katowice, dn. 18.09.2018r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH Nr sprawy: ZP-18-116BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakietu 1 – 6, 8-9

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w długości igły? Jeżeli tak, to jaką?

Odp.: Zamawiający dopuszcza tylko na plus (+1mm).

Pyt. 2 Pakietu 1 – 6, 8-9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach do zaoferowania nici chirurgicznych w opakowaniach po 12 saszetek, zamiast pakowanych po 24 czy 36, z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości opakowań.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Pakietu 1, poz. 2,4

Zwracam się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w szwów z igłą odwrótnie tnącą bez mikrograwerowania. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie ich do oddzielnego Pakietu producenckiego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. „Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży.

wyrok z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16”

Pyt. 4 Pakietu 1 poz. 2, 4

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrótnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5 Pakietu 2, poz. 19

Czy w w/w pozycji nie ma pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia, czy chodzi o igłę z zakończeniem krótkim tnącym?

Odp.: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w następujący sposób: wyraz „z zakotwiczeniem” zastępuje wyrazem „z zakończeniem”.

Pyt. 6 Pakietu 2, poz. 21

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Pakietu 3, poz. 9 – 10

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8 Pakietu 3, poz. 9 – 10

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o długości 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 Pakietu 3, poz. 29

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji standardowej igły okrągłej. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie jej do oddzielnego Pakietu producenckiego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. „Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. To on bowiem, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć, udzielając zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017 r.; sygn. akt KIO 651/17).”

ZP-18-116BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pyt. 10 Pakietu 5,

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici syntetycznej, jednowłóknowej, niewchłaniającej z polipropylenu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11 Pakietu 5, poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 9 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12 Pakietu 5, poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Takiego tnącego ostrza igły Zamawiający wymaga w poz. 5.

Pyt. 13 Pakietu 5, poz. 9

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści podwójną igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14 Pakietu 5, poz. 10

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści podwójną igłę o krzywiznie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Krzywizna igły 1/2 koła i mała jej długość 13mm daje zdecydowanie większy komfort szycia naczyń w trudno dostępnych miejscach.

Pyt. 15 Pakietu 6, poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 9 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Określona przez Zamawiającego długość igły jest optymalną długością do zaakceptowania zgodnego z zastosowaniem tego szwu.

Pyt. 16 Pakietu 6, poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 17 Pakietu 6, poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Igła troakarowa posiada zakończenie tnące z czterema krawędziami przechodzącymi w zaokrąglony zwężający się trzon umożliwia to łatwe przejście przez tkanki, minimalizuje ich traumatyzację.

Pyt. 18 Pakietu 6, poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) bez wzmocnienia, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pyt. 19 Pakietu 8

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici monofilamentowe, wchłaniające, bez dodatku środka antybakteryjnego, podtrzymujące tkankę 55%-60% po 43 dniach od zaimplantowania? Okres wchłaniania 180-210 dni.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga nici nasączonych antybakteryjnie.

Pyt. 20 Pakietu 8, poz. 9

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej z tnącym ostrzem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pyt. 21 Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłóknienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni, bez powleczenia antybakteryjnego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga nici nasączonych antybakteryjnie.

Pyt. 22 Pakietu 9, poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 51 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pyt. 23 Pakiet 8 i 9

Czy Zamawiający w pakiecie 8 i 9 opisując szwy z powleczeniem antybakteryjnym miał na myśli i będzie wymagał szwów dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

ZP-18-116BN

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24*

Pyt. 24 Pakiet 8 poz. 5 i 6

Czy w pakiecie 8 poz. 5 i 6 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 25 Pakiet 9 poz. 1-5

Czy w pakiecie 9 poz. 1 -5 Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 26 Pakiet 9 poz. 3

Czy w pakiecie 9 poz. 3 Zamawiający dopuści pakowany 12 saszetek/op pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

19.09.2018r.

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*