

Katowice, dnia 04.10.2018r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę komponent do przygotowywania płynu dializacyjnego.*

Nr sprawy: ZP – 18 – 113 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (*tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami*), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Dotyczy l) pkt 3 SIWZ / załącznik nr 1A **pozycje 5 i 6** SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowana komponenta kwaśna w postaci płynnej (Załącznik 1A pozycje 5 i 6) pochodziły od innych producentów? *Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie 2) Dotyczy Załącznik 1A **pozycja 3 i 4** SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchej komponenty kwaśnej o następujących składach?

Na+ mmol/L	K+ mmol/L	Ca++ mmol/L	Mg++ mmol/L	Cl ⁻ mmol/L	HCO ₃ ⁻ mmol/L	Octan mmol/L	Glukoza g/L
138,00	2,00	1,50	0,50	106,00	32,00	6,00	1
138,00	3,00	1,50	0,50	107,00	32,00	6,00	1
138,00	2,00	1,25	0,50	105,50	32,00	6,00	1

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3) Dotyczy Załącznika 1A **pozycja 5** SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komponenty kwaśnej w postaci płynnej o składach zawartych w poniższej tabeli.

Sód (Na ⁺)	Potas (K ⁺)	Wapń (Ca ⁺⁺)	Magnez (Mg ⁺⁺)	Glukoza	Octan	Chlor (Cl ⁻)	Trójtlenek węgla(CO ₃ ⁻)	Osmo.
mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	g/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mQsm/l
138	4,00	1,25	0,50	1,00	3,00	110,50	32,00	297
138	4,00	1,50	0,50	1,00	3,00	111,00	32,00	298
140	4,00	1,50	0,50	1,00	2,00	113,00	33,00	300
138	4,00	1,75	0,50	1,00	3,00	111,50	32,00	296

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

ZP-18-113 UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pytanie 4) Dotyczy Załącznika 1A **pozycja 6** SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jedynej dostępnej na rynku komponenty kwaśnej w postaci płynnej nie zawierającej K⁺ o składzie zawartym w poniższej tabeli?

Na ⁺ mmol/l	K ⁺ mmol/l	Ca ²⁺ mmol/l	Mg ²⁺ mmol/l	Cl ⁻ mmol/l	HCO ₃ ⁻ mmol/l	CH ₃ COO ⁻ mmol/l	Glukoza g/l	Teor.osm. mOsm/l
140	-	1,75	0,50	109,5	32	3	-	287

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Z upoważnienia DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mieleckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych / Główny Księgowy
mgr Ewa MOŁEK